

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Název zadavatele:

Vysokoškolský ústav:

Sídlo:

IČ:

Zástupce:

Masarykova univerzita

CEITEC – Středoevropský technologický institut (dále jen „CEITEC MU“)

Kamenice 753/5, 625 00 Brno

00216224

prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., ředitel CEITEC MU

Název zakázky**„Váhy pro CEITEC MU II. - část B“**

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“), ve zjednodušeném podlimitním řízení

r o z h o d l

na základě ustanovení § 84 odst. 1 písm. b) Zákona o zrušení zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky.

Odůvodnění

Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek do výše uvedené veřejné zakázky nabídku pouze jediného uchazeče, a to **Ing. Stanislava Doležala, se sídlem Dukelská 834, 783 91, Uničov, IČ: 11569506** (dále jen „uchazeč“).

Provedením posouzení nabídky uchazeče z hlediska splnění požadavků Zákona a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) Zákona, (dále jen „posouzení nabídek“) byla zadavatelem pověřena hodnotící komise (dále také jen „komise“).

Komise na svém jednání posuzovala mj. splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Zadavatel požadoval v zadávacích podmínkách, konkrétně v příloze č. 1 - - Technické podmínky – část B zadávací dokumentace (dále jen „příloha č. 1“), dodání portálových vah s těmito technickými a funkčními vlastnostmi:

Příloha č. 1 - Technické podmínky - část B
Portálové váhy

Typové označení přístroje

Vyplní uchazeč

Základní požadavky zadavatele

Robustní můstkové/portálové váhy vhodné k periodickému automaticky probíhajícímu monitorování množství kapalného dusíku v tlakové nádobě na kapalný dusík o objemu až 180 l. Z požadované funkčnosti plynou základní technické požadavky jako váživost (100-300 kg) a mechanická odolnost vah, provedení vah (portálové váhy vhodné k provozování ve vlhku a k postavení na podlahu), velikost vážící plochy vah (obdélník nebo čtverec s rozměry a x b, kde by velikosti a i b měly být v rozsahu 45-65 cm) atp.

Požadované technické a funkční vlastnosti <i>(Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.)</i>	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče <i>(Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci „požadovaná hodnota“. Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)</i>
Přínejmenším dvojitý rozsah vážení do 150 kg a do 300 kg	ano, do 150 kg + do 300 kg	<i>Vyplní uchazeč</i>
Dílek/přesnost vážení: 50 g při rozsahu do 150kg, 100g při rozsahu do 300 kg	50g pro rozsah do 150kg 100g pro rozsah do 300 kg	<i>Vyplní uchazeč</i>
Tvar vážící plochy: obdélník (nebo čtverec) s rozměry M cm x N cm	obdélník/čtverec	<i>Vyplní uchazeč</i>
Rozměr M vážící plochy (cm)	45 ≤ M ≤ 65	<i>Vyplní uchazeč</i>
Rozměr N vážící plochy (cm)	45 ≤ N ≤ 65	<i>Vyplní uchazeč</i>
Provedení vážící plochy	korozivzdorná ocel	<i>Vyplní uchazeč</i>
Provedení vážících můstků	korozivzdorná ocel	<i>Vyplní uchazeč</i>
Provedení tenzometrických měřících snímačů	korozivzdorná ocel anebo hliník	<i>Vyplní uchazeč</i>
Demontovatelná ovládací jednotka	ano	<i>Vyplní uchazeč</i>
Kabel ovládací jednotky delší než 2 m	≥ 2 m	<i>Vyplní uchazeč</i>
Vážící deska a její elektronika vhodné do vlhkého prostředí (s odolností vůči vodě kondenzující na tlakové kryonádobě)	ano	<i>Vyplní uchazeč</i>
Ingress Protection Rating vážící desky	≥ IP 65	<i>Vyplní uchazeč</i>
Ingress Protection Rating tenzometrických snímačů	≥ IP 67	<i>Vyplní uchazeč</i>
Možnost komunikace vah s počítačem	ano	<i>Vyplní uchazeč</i>

Propojení vah s počítačem kabelem USB - RS232	ano	Vyplní uchazeč
Řídící a komunikační SW funkční na OS Win 7	ano	Vyplní uchazeč
Minimální požadovaná funkčnost řídícího a komunikačního SW na OS Win 7: - opakované vážení s uživatelsky nastavitelnou periodou + počtem opakování - zápis informace o datu, času a výsledku vážení do EXCEL nebo TXT souboru	ano	Vyplní uchazeč
Počet poptávaných kusů	1	Vyplní uchazeč

Po posouzení nabídky uchazeče, konkrétně přílohy č. 1 (Podrobná technické specifikace dodávky), kterou uchazeč v souladu s pokyny zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách přiložil k návrhu kupní smlouvy, a která obsahovala podrobnou technickou specifikaci uchazečem nabídnutých vah, a to laboratorních předvážek Kern PLJ 600-2GM s těmito technickými specifikacemi:

Rozsah vážení	600 g
Dílek	0,01 g
Dílek ověřitelný (e)	0,1 g
Rozměr platformy	128 x 128 mm
Celková maximální výška vah	85 mm
Tárování	ano
Podsvícený displej	ano
Funkce počítání kusů	ano
Funkce procentního vážení	ano
Funkce nastavení a signalizace limit	ano
Funkce výběr jednotek hmotnosti	ano
Napájení na baterie/akumulátorové baterie	ano
Napájení síťovým adaptérem	ano
Externí zdroj napájení	ano
počet poptávaných kusů	128 x 128 mm

dospěla komise k závěru, že uchazeč nabídl váhy zcela jiných specifikací, než jaké poptával zadavatel technickými podmínkami definovanými v příloze č. 1, a nesplnil tak požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách zakázky.

Dle § 76 odst. 1 a dále dle § 76 odst. 6 Zákona hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů mj. z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Nabídky, které tyto požadavky

nesplňují, musí být vyřazeny. Uchazeč, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení.

S ohledem na výše uvedené závěry, ke kterým dospěla komise při posouzení nabídky uchazeče, v souladu s § 76 odst. 1 Zákona citovaným výše, tak hodnotící komise vyřadila nabídku uchazeče z dalšího posouzení nabídek.

Zadavatel se s postupem i se závěry komise ztotožnil a v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 Zákona vyloučil uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

Dle § 84 odst. 1) písm. b) Zákona zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni dodavatelé.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek do výše uvedené veřejné zakázky nabídku pouze jediného uchazeče a tohoto uchazeče vyloučil, byl tak nucen v souladu s příslušným ustanovením Zákona zadávací řízení výše uvedené veřejné zakázky zrušit.

V Brně dne **27 -11- 2015**



prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
ředitel CEITEC MU

FAKULTA VÝROBY
MASARYKOVA UNIVERZITA
Středoevropský technologický institut
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

14