

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

v rámci řízení na zadání veřejné zakázky s názvem

„Váhy pro CEITEC MU II. - část B“

Název zadavatele:

Masarykova univerzita

Právní forma:

veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998
Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku

Vysokoškolský ústav/pracoviště:

CEITEC – Středoevropský technologický institut

Sídlo:

Kamenice 753/5, 625 00 Brno

IČ:

00216224

Zástupce:

prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., ředitel CEITEC MU

I. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky byla dodávka portálových vah potřebných pro realizaci projektu CEITEC - Středoevropský technologický institut, registrační číslo projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0068 financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Podrobný popis a specifikace předmětu zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci. Jednalo se o veřejnou zakázku na **dodávky**.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary:

Předmět zakázky	CPV kód
Váhy	42923200-4
Přesné váhy	38310000-1
Elektronické váhy a příslušenství	38311000-8
Váhy pro nepřetržité vážení zboží	42923220-0
Přístroje a zařízení k určování hmotnosti	42923000-2
Přístroje k vážení	42923100-3
Odvažovací zařízení	42923110-6

II. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ

Smlouva nebyla uzavřena.

III. ZVOLENÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f) Zákona.

IV. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE

Žádný uchazeč nebyl vybrán. Zadávací řízení bylo zrušeno.

V. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY vč. VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ

Nejvhodnější nabídka nebyla vybrána. Zadávací řízení bylo zrušeno.

VI. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ vč. nabídkové ceny

Obchodní firma/název/jméno	Ing. Stanislav Doležal
Sídlo/místo podnikání	Dukelská 834, 783 91, Uničov
Jednatel / zástupce	Ing. Stanislav Doležal, OSVČ
IČ	11569506
Nabídková cena v Kč bez DPH	17 700,--

VII. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYLOUČENÝCH UCHAZEČŮ vč. odůvodnění jejich vyloučení

Ze zadávacího řízení byl vyloučen tento uchazeč:

Obchodní firma/název/jméno	Ing. Stanislav Doležal
Sídlo/místo podnikání	Dukelská 834, 783 91, Uničov
Jednatel / zástupce	Ing. Stanislav Doležal, OSVČ
IČ	11569506
Nabídková cena v Kč bez DPH	17 700,--

Komise na svém prvním jednání posuzovala mj. splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Zadavatel požadoval v zadávacích podmínkách, konkrétně v příloze č. 1 - Technické podmínky – část B zadávací dokumentace (dále jen „příloha č. 1“), dodání portálových vah s těmito technickými a funkčními vlastnostmi:

Příloha č. 1 - Technické podmínky - část B Portálové váhy	
Typové označení přístroje	
Vyplní uchazeč	
Základní požadavky zadavatele	
Robustní můstkové/portálové váhy vhodné k periodickému automaticky probíhajícímu monitorování množství kapalného dusíku v tlakové nádobě na kapalný dusík o objemu až 180 l. Z požadované funkčnosti plynou základní technické požadavky jako váživost (100-300 kg) a mechanická odolnost vah, provedení vah (portálové váhy vhodné k provozování ve vlhku a k postavení na podlahu), velikost vážní plochy vah (obdélník nebo čtverec s rozměry a x b, kde by velikosti a i b měly být v rozsahu 45-65 cm) atp.	

Požadované technické a funkční vlastnosti <i>(Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.)</i>	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče <i>(Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci „požadovaná hodnota“. Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)</i>
Přinejmenším dvojí rozsah vážení do 150 kg a do 300 kg	ano, do 150 kg + do 300 kg	Vyplní uchazeč
Dílek/přesnost vážení: 50 g při rozsahu do 150kg, 100g při rozsahu do 300 kg	50g pro rozsah do 150kg 100g pro rozsah do 300 kg	Vyplní uchazeč
Tvar vážící plochy: obdélník (nebo čtverec) s rozměry M cm x N cm	obdélník/čtverec	Vyplní uchazeč
Rozměr M vážící plochy (cm)	45 ≤ M ≤ 65	Vyplní uchazeč
Rozměr N vážící plochy (cm)	45 ≤ N ≤ 65	Vyplní uchazeč
Provedení vážící plochy	korozivzdorná ocel	Vyplní uchazeč
Provedení vážících můstků	korozivzdorná ocel	Vyplní uchazeč
Provedení tenzometrických měřících snímačů	korozivzdorná ocel anebo hliník	Vyplní uchazeč
Demontovatelná ovládací jednotka	ano	Vyplní uchazeč
Kabel ovládací jednotky delší než 2 m	≥ 2 m	Vyplní uchazeč
Vážící deska a její elektronika vhodné do vlhkého prostředí (s odolností vůči vodě kondenzující na tlakové kryonádobě)	ano	Vyplní uchazeč
Ingress Protection Rating vážící desky	≥ IP 65	Vyplní uchazeč
Ingress Protection Rating tenzometrických snímačů	≥ IP 67	
Možnost komunikace vah s počítačem	ano	Vyplní uchazeč
Propojení vah s počítačem kabelem USB - RS232	ano	Vyplní uchazeč
Řídící a komunikační SW funkční na OS Win 7	ano	Vyplní uchazeč
Minimální požadovaná funkčnost řídícího a komunikačního SW na OS Win 7: - opakované vážení s uživatelsky nastavitelnou periodou + počtem opakování - zápis informace o datu, času a výsledku vážení do EXCEL nebo TXT souboru	ano	Vyplní uchazeč
Počet poptávaných kusů	1	Vyplní uchazeč

Po posouzení nabídky uchazeče, konkrétně přílohy č. 1 (Podrobná technická specifikace dodávky), kterou uchazeč v souladu s pokyny zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách přiložil k návrhu kupní smlouvy, a která obsahovala podrobnou technickou specifikaci uchazečem nabídnutých vah, a to laboratorních předvážek **Kern PU 600-2GM** s těmito technickými specifikacemi:

Rozsah vážení	600 g
Dílek	0,01 g
Dílek ověřitelný (e)	0,1 g
Rozměr platformy	128 x 128 mm
Celková maximální výška vah	85 mm
Tárování	ano
Podsvícený displej	ano
Funkce počítání kusů	ano
Funkce procentního vážení	ano
Funkce nastavení a signalizace limit	ano
Funkce výběr jednotek hmotnosti	ano
Napájení na baterie/akumulátorové baterie	ano
Napájení síťovým adaptérem	ano
Externí zdroj napájení	ano
počet poptávaných kusů	128 x 128 mm

dospěla komise k závěru, že uchazeč nabídl váhy zcela jiných specifikací, než jaké poptával zadavatel technickými podmínkami definovanými v příloze č. 1, a nesplnil tak požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách zakázky.

Dle § 76 odst. 1 a dále dle § 76 odst. 6 Zákona hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů mj. z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Uchazeč, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení.

S ohledem na výše uvedené závěry, ke kterým dospěla komise při posouzení nabídky uchazeče, v souladu s § 76 odst. 1 Zákona citovaným výše, tak hodnotící komise vyřadila nabídku uchazeče z dalšího posouzení nabídek.

Zadavatel se s postupem i se závěry komise ztotožnil a v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 Zákona vyloučil uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

VIII. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ / SOUTĚŽNÍHO DIALOGU

Jednací řízení ani soutěžní dialog nebyly použity. Zadavatel zadával zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f) Zákona.

IX. DŮVOD ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek do veřejné zakázky nabídku pouze jediného uchazeče, a to Ing. Stanislava Doležala, se sídlem Dukelská 834, 783 91, Uničov, IČ: 11569506 (dále jen „uchazeč“).

Hodnotící komise provedla posouzení nabídky uchazeče podané do veřejné zakázky. Na základě tohoto posouzení byla nucena v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 Zákona nabídku uchazeče vyřadit z dalšího hodnocení (důvody vyřazení nabídky uchazeče jsou podrobně vysvětleny v bodě VII. této zprávy).

Zadavatel se s postupem i se závěry komise ztotožnil a v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 Zákona vyloučil uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

Dle § 84 odst. 1) písm. b) Zákona zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni dodavatelé.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek do výše uvedené veřejné zakázky nabídku pouze jediného uchazeče a tohoto uchazeče vyloučil, byl tak nucen v souladu s příslušným ustanovením Zákona zadávací řízení výše uvedené veřejné zakázky zrušit.

V Brně dne 4. 12. 2015



zadavatel
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
ředitel CEITEC MU

MASARYKOVA UNIVERZITA
Středoevropský technologický institut
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

14

