

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

v rámci řízení na zadání veřejné zakázky s názvem

„Váhy pro CEITEC MU II. - část A“

Název zadavatele:

Masarykova univerzita

Právní forma:

veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998
Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku

Vysokoškolský ústav/pracoviště:

CEITEC – Středoevropský technologický institut

Sídlo:

Kamenice 753/5, 625 00 Brno

IČ:

00216224

Zástupce:

prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., ředitel CEITEC MU

I. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky byla dodávka analytických a laboratorních vah potřebných pro realizaci projektu CEITEC - Středoevropský technologický institut, registrační číslo projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0068 financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Podrobný popis a specifikace předmětu zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci. Jednalo se o veřejnou zakázku na **dodávky**.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary:

Předmět zakázky	CPV kód
Váhy	42923200-4
Přesné váhy	38310000-1
Elektronické váhy a příslušenství	38311000-8
Váhy pro nepřetržité vážení zboží	42923220-0
Přístroje a zařízení k určování hmotnosti	42923000-2
Přístroje k vážení	42923100-3
Odvažovací zařízení	42923110-6

II. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ

Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
170 500,--	35 805,--	206 305,--

Smlouva byla uzavřena dne 1. 12. 2015.

III. ZVOLENÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f) Zákona.

IV. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE

Obchodní firma/název/jméno	SARTALEX spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání	Pod Skalou 126, Božtěšice, 403 40 Ústí nad Labem
Jednatel / zástupce	Ing. Michal Vejvoda, jednatel
IČ	14866838
Zakázka bude plněna subdodavatelsky	Ne

V. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY vč. VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ

Hodnotící komise měla provést hodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. Vzhledem k tomu, že by komise hodnotila nabídku pouze jednoho uchazeče, hodnocení proto v souladu s ustanovením § 79 odst. 6 Zákona o VZ neprovedla.

VI. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ vč. nabídkové ceny

Obchodní firma/název/jméno	Ing. Stanislav Doležal
Sídlo/místo podnikání	Dukelská 834, 783 91, Uničov
Jednatel / zástupce	Ing. Stanislav Doležal, OSVČ
IČ	11569506
Nabídková cena v Kč bez DPH	145 900,--

Obchodní firma/název/jméno	SARTALEX spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání	Pod Skalou 126, Božtěšice, 403 40 Ústí nad Labem
Jednatel / zástupce	Ing. Michal Vejvoda, jednatel
IČ	14866838
Nabídková cena v Kč bez DPH	170 500,--

VII. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYLOUČENÝCH UCHAZEČŮ vč. odůvodnění jejich vyloučení

Ze zadávacího řízení byl vyloučen tento uchazeč:

Obchodní firma/název/jméno	Ing. Stanislav Doležal
Sídlo/místo podnikání	Dukelská 834, 783 91, Uničov
Jednatel / zástupce	Ing. Stanislav Doležal, OSVČ
IČ	11569506
Nabídková cena v Kč bez DPH	145 900,--

Komise na svém prvním jednání, které se uskutečnilo dne 10. 11. 2015, posuzovala mj. splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách části A veřejné zakázky. Při posuzování přílohy č. 1 (Podrobná technické specifikace dodávky), kterou uchazeč v souladu s pokyny zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách přiložil k návrhu kupní smlouvy, dospěla k následujícím závěrům:

Konfigurace	Zadavatelem požadované technické a funkční vlastnosti	Zadavatelem požadovaná hodnota	Uchazečem nabídnutá hodnota	Závěry hodnotící komise
1	rozlišení 0,01mg při váživosti nejméně do	100 g	82 mg	Hodnotící komise konstatuje, že analytické váhy nabídnuté uchazečem v konfiguraci 1 (konkrétně analytické váhy KERN ABT 220-5DM) nesplnily požadavek zadavatele v parametru rozlišení 0,01mg při váživosti nejméně do 100 g . Zadavatel požadoval analytické váhy s rozlišení 0,01 mg při váživosti nejméně do 100 g. Uchazeč nabídl plnění s rozlišením 0,01mg při váživosti maximálně do 82 mg.
1	čas ustálení (při rozsahu do 220 g)	≤ 3 s	5 s	Hodnotící komise konstatuje, že analytické váhy nabídnuté uchazečem v konfiguraci 1 (konkrétně analytické váhy KERN ABT 220-5DM) nesplnily požadavek zadavatele v parametru čas ustálení (při rozsahu do 220 g) . Zadavatel požadoval analytické váhy s časem ustálení (při rozsahu do 220 g) ≤ 3 s. Uchazeč nabídl plnění s časem ustálení (při rozsahu do 220 g) 5 s.
3	Rozměr platformy	minimálně 130x110 mm - maximálně	128 x 128 mm	Hodnotící komise konstatuje, že laboratorní předvážky nabídnuté uchazečem

		200x150 mm		v konfiguraci 3 (konkrétně laboratorní předvážky Kern PLJ 600-2GM) nesplnily požadavek zadavatele v parametru rozměr platformy . Zadavatel požadoval předvážky s rozměry platformy minimálně 130 x 110 mm. Uchazeč nabídl plnění s rozměrem platformy 128 x 128 mm.
--	--	------------	--	--

Na základě výše uvedených zjištění se hodnotící komise jednomyslně usnesla, že nabídka uchazeče Ing. Stanislav Doležal, se sídlem Dukelská 834, 783 91, Uničov, IČ: 11569506 nesplnila ve výše uvedených parametrech požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky uvedený v zadávací dokumentaci v Příloze č. 1: Technické podmínky – část A – verze 2, dále se proto nabídkou uchazeče již nezabývala, a na základě § 76 odst. 1 Zákona vyřadila nabídku uchazeče z dalšího hodnocení.

Zadavatel se se závěry hodnotící komise ztotožnil a na základě ustanovení § 76 odst. 6 Zákona rozhodl o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

VIII. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ / SOUTĚŽNÍHO DIALOGU

Jednací řízení ani soutěžní dialog nebyly použity. Zadavatel zadával zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f) Zákona.

IX. DŮVOD ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

netýká se

X. HODNOTÍCÍ KOMISE

Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise v níže uvedeném složení. Všichni členové hodnotící komise učinili čestné prohlášení o své nepodjatosti a o tom, že se nepodíleli na zpracování žádné nabídky.

	Jméno člena hodnotící komise
1. člen	doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D.
2. člen	RNDr. Lubomír Janda, Ph.D.
3. člen	RNDr. Jana Zahorecová
4. člen	JUDr. Pavel Vacek
5. člen	Mgr. Lenka Štěrbová

V Brně dne 7. 12. 2015



zadavatel
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
ředitel CEITEC MU

MASARYKOVA UNIVERZITA
Středoevropský technologický institut
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

14

