



MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA

Brno, 22. srpna 2011
Č. j. MU/49678/2011/LF

Veřejná zakázka:

„Laboratorní přístroje pro projekt „Funkční a molekulární charakteristiky nádorových a normálních kmenových buněk – identifikace cílů pro nová terapeutika a terapeutické strategie““ – dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.1 pro část č.1 veřejné zakázky

Vážená paní, vážený pane,

Masarykova univerzita, veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno (dále jen "**zadavatel**"), si dovoluje na základě žádosti o dodatečné informace dle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vydat tuto dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám pro části I veřejné zakázky:

1. část Laminární boxy a inkubátory CO2

Otázka č.1

„Dobrý den, vzhledem k tomu, že řada laminárních boxů renomovaných výrobců má pouze přední bezpečnostní okno a boční strany jsou plné a nijak to negativně neovlivňuje používání a funkce boxu, žádáme vás o zmírnění požadavku z - přední i boční okna z vrstveného bezpečnostního skla - na - přední okna z vrstveného bezpečnostního skla. Tedy změnu požadavku pouze na přední bezpečnostní okno z vrstveného skla.“

Odpověď:

Zadavatel se rozhodl upravit technickou specifikaci přístroje uvedenou příloze C zadávací dokumentace, v části I veřejné zakázky v položce č.2:

- přední okno z vrstveného bezpečnostního skla

Současně se zadavatel rozhodl **prodloužit lhůtu pro podání nabídek pro část č.1 veřejné zakázky**. Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 14. 9. 2011 do 10:00 hod. se prodlužuje **do 3. 10. 2011 do 10:00 hod.** Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **3.10. 2011 ve 12:00 hod.** na kontaktní adrese zadavatele, na kontaktní adrese zadavatele, tj. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, budova A17, Kamenice 5, 625 00 Brno, v místnosti 305.

Ostatní zadávací podmínky pro část I veřejné zakázky zůstávají nezměněny.

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU

