

Veřejná zakázka „Univerzitní kampus Bohunice – thermomixer“

Dodatečné informace č. 1

Jeden z dodavatelů uplatnil dne 5.9. 2011 u zadavatele následující požadavek na dodatečné informace týkající se veřejné zakázky v následujícím znění:

„Dotaz:

"V technické specifikaci máte uveden požadavek na výměnný blok pro MTP včetně víka, PCR vložka do výměnného bloku pro MTP, Adapter pro nejméně 96 x 0,2 ml.

Je možné výše uvedené nahradit výměnným blokem pro MTP s víkem a výměnným PCR blokem pro 96 x 0,2 ml? Rozsah použitelnosti zkumavek, nádobek, destiček se tímto nezmění."

K uvedenému zadavatel sděluje:

požadavek na výměnný blok pro MTP včetně víka, PCR vložka do výměnného bloku pro MTP, Adapter pro nejméně 96 x 0,2 ml **je možné nahradit výměnným blokem pro MTP s víkem a výměnným PCR blokem pro 96 x 0,2 ml, pokud se rozsah použitelnosti zkumavek, nádobek a destiček nezmění.**

V Brně 5.9.2011

Zpracovali: Mgr. Marián Hlavna

Mgr. Vladimír Ficenec