



Veřejná zakázka „Univerzitní kampus Bohunice – autokláv“

Dodatečné informace č. 1

Jeden z dodavatelů uplatnil dne 2. 9. 2011 u zadavatele následující požadavek na dodatečné informace týkající se veřejné zakázky:

„Dotaz:

V zadávacích podmínkách na Autokláv vertikální je uveden požadavek na minimální rozměr komory prům 40 cm. Je akceptovatelná změna minimálního průměru na 36 cm? (při zachování minimální kapacity 75 l?) Výhodou pak je i možnost umístění více košů nad sebe.“

K uvedenému zadavatel sděluje, že při zachování minimální kapacity 75l akceptuje i snížení minimálního průměru rozměru komory na 36cm.

V Brně 5. 9. 2011

Zpracovali: doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc.

Mgr. Vladimír Ficenec