

Veřejná zakázka „Univerzitní kampus Bohunice – centrifugy“

Dodatečné informace č. 2

Jeden z dodavatelů uplatnil dne 2.9. 2011 u zadavatele následující požadavek na dodatečné informace týkající se části 1 veřejné zakázky:

„Dotaz:

Vzhledem k tomu, že je v této části zadání poptávána mikrocentrifuga pro zkumavky 1,5/2,0 ml a v laboratoři se při práci s tímto typem přístroje příliš nepoužívá jemná škála nastavitelné rychlosti rozběhu a brzdění, žádáme tímto o zmírnění tohoto parametru na 4 rychlosti rozběhu a 4 rychlosti brzdění. Domníváme se, že při trvání na tomto parametru ze strany zadavatele, by mohlo být uvedené zadání považováno za diskriminační.“

Odpověď zadavatele:

K uvedenému zadavatel sděluje, že Vzhledem k velké heterogenitě množství a kvalitě krevního sedimentu (odebíraného od pacientu v různých stádiích onemocnění) před centrifugací během izolace RNA, miRNA a DNA z plné krve, a dále pak zpracování vzorku slin, tkání a kosti, není vyber ze 3 rychlosti rozběhu a brzdění centrifugy dostačující. Proto zadavatel trvá na požadavku 7 různých rychlostních stupňů rozběhu a brzdění.

V Brně 5.9. 2011

Zpracovali: Mgr. Marián Hlavna

Mgr. Vladimír Ficenec