

Veřejná zakázka „Univerzitní kampus Bohunice – koncentrátor“

Dodatečné informace č. 1

Jeden z dodavatelů uplatnil dne 2. 9. 2011 u zadavatele následující požadavek na dodatečné informace týkající se veřejné zakázky:

„Dotaz č. 1:

Specifikace koncentrátoru uvádí dle našeho názoru diskriminační parametry požadovaných rozměrů. Je zřejmé, že stolní laboratorní přístroj musí mít rozměry logické. Otázka zní, zda je možné nabídnout stolní koncentrátor obdobných běžných rozměrů pro zařízení požadované kapacity (například plocha půdorysu $\pm 20\%$, např. max šířka x hloubka 40 x 50 cm, výška max 35 cm). V opačném případě je z možnosti nabídnout uvedené zařízení vyloučena řada výrobců.

Dotaz č. 2:

Nastavení parametrů je požadováno ve velmi hrubých krocích. Předpokládáme správně, že je akceptovatelné také spojitě nastavení v obdobném rozsahu"

K uvedenému zadavatel sděluje:

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí, že přístroj má být umístěn v omezených prostorách temné komory, z důvodu lyofilizace fluorescenčně značených vzorků. Na umístění přístroje větších rozměrů než stanovených 40x40x25 cm není v prostorách zmíněné temné komory dostatečný prostor. Z uvedeného důvodu zadavatel trvá na uvedených parametrech maximálních vnějších rozměrů přístroje.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí, že akceptuje rovněž spojitě nastavení v daném rozsahu, kde zadavatel požaduje jako minimum nastavení v krocích.

V Brně 5. 9. 2011

Zpracovali: Mgr. Marián Hlavna
 Mgr. Vladimír Ficenec