

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne, 5. května 2016

Č.j. MU-ZAK/40203/2016/359032/LF - 3

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Mikroskopy pro LF MU 2016“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Dne 4.5.2016 byla zadavateli Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o dodatečné informace následujícího znění:

V části č. 1 veřejné zakázky - Laboratorní vzpřímené mikroskopy - je požadován parametr "Nastavitelná rozteč okulárů" v rozsahu 45-75 mm. Domníváme se, že se jedná o překlep; tak malou rozteč dnešní laboratorní mikroskopy požadované kvality nenabízejí. Je možné nabídnout tubus s roztečí okulárů v rozsahu 47-75 mm?

Na základě výše uvedené žádosti dodavatele o dodatečné informace a pro vyloučení všech pochybností dává tímto zadavatel všem dotčeným zájemcům na vědomí, že se v souladu se zadávacími podmínkami rozhodl poskytnout následující odpověď na výše uvedenou žádost o dodatečné informace:

1) část č. 1 VZ - Laboratorní vzpřímené mikroskopy

Laboratorní vzpřímený mikroskop

ANO, jedná se o písařskou chybu (překlep) zadavatele. Z tohoto důvodu se zadavatel se rozhodl upravit tento požadavek následujícím způsobem:

Nastavitelná rozteč okulárů v rozsahu minimálně 47-75mm

Nově tedy požadavek zadavatele na tento parametr zní:

Nastavitelná rozteč okulárů	v rozsahu min. 47-75mm
-----------------------------	------------------------

2) **Zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací přikládá upravené (nové) dokumenty „Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 2 návrhu smlouvy“ a „Technické podmínky – příloha č. 1 návrhu smlouvy“ zohledňující výše uvedené dodatečné informace zadavatele.**

Uchazeč pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

3) **Zadávací podmínky této veřejné zakázky tedy zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU
v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

