



**Veřejná zakázka „Univerzitní kampus Bohunice – autokláv“**

**Dodatečné informace č. 2**

**Jeden z dodavatelů uplatnil dne 5. 9. 2011 u zadavatele následující požadavek na dodatečné informace týkající se veřejné zakázky:**

„Dotaz č. 1:

"Autokláv Vertikální" a druhé části "Laboratorní vertikální autokláv", je akceptovatelné nastavení sterilizačního času pouze od 3 - 99 minut?"

Odpověď na dotaz č. 1:

**K uvedenému zadavatel sděluje, že bude akceptovat jako minimální horní rozsah nastavení sterilizačního času 90 minut, tudíž původní požadavek zadavatele na rozsah sterilizačního času „volitelná doba sterilizace (až 300 minut)“ je nahrazen následujícím: „volitelná doba sterilizace (minimálně 90 minut)“ pro oba přístroje.**

„Dotaz č. 2:

"Je pro zadavatele nezbytná možnost nastavení doby zahájení sterilizace v rozpětí nejméně 3 dnů?"

Odpověď na dotaz č. 2:

**K uvedenému zadavatel sděluje, že mění možnost nastavení zahájení sterilizace v rozpětí nejméně tří dnů na možnost nastavení v rozsahu nejméně 24 hodin.**

V Brně 6. 9. 2011

Zpracovali: doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc.

Mgr. Vladimír Ficenec