



MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA

Brno, 6. září 2011
Č. j. MU/52721/2011/LF

Veřejná zakázka:

„Laboratorní přístroje pro projekt „Funkční a molekulární charakteristiky nádorových a normálních kmenových buněk – identifikace cílů pro nová terapeutika a terapeutické strategie“– dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.2 pro část č.1 veřejné zakázky

Vážená paní, vážený pane,

Masarykova univerzita, veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno (dále jen "**zadavatel**"), si dovoluje na základě žádosti o dodatečné informace dle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vydat tuto dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám pro části I veřejné zakázky:

1. část Laminární boxy a inkubátory CO2

Otázka č.1

„...Ad. **Položka č.2**

Technická specifikace poptávaného „Laminárního boxu s vertikálním prouděním“ v této části VZ působí jako specifikace boxu MERCI SCS a tím tedy zadání zvýhodňuje tento model a diskriminuje výrobky jiných výrobců, kde jsou některé nepodstatné detaily řešeny jinak:

Jako zcela nepodstatný detail pro funkci boxu lze považovat monitoring teploty uvnitř a vně boxu – navrhuje proto tento požadavek ze zadání vypustit....“

Odpověď:

Zadavatel se rozhodl upravit technickou specifikaci přístroje uvedenou příloze C zadávací dokumentace, v části I veřejné zakázky v položce č.2, zadavatel vypouští požadavek na :

- vybavení monitorovacím systémem teploty uvnitř i vně boxu

Otázka č.2

Ad. **Položka č.3**


„... Technická specifikace poptávaného „Laminárního boxu s horizontálním prouděním“ v této části VZ působí jako specifikace boxu MERCI OS a tím tedy zadání zvýhodňuje tento model a diskriminuje výrobky jiných výrobců, kde jsou některé nepodstatné detaily řešeny jinak:

Vzhledem k tomu, že v boxu je pracovní plocha z nerez, boční stěny ze skla a zadní stěnu tvoří HEPAFILTR je sporný požadavek „upravit antibakteriální vrstvou s ionty stříbra“. Považujeme zařazení tohoto požadavku ve specifikaci za diskriminační a navrhuje jej vypustit.

Definování přesné kapacity předfiltru je z hlediska funkce boxu podružné (proč právě 400 g/m2?) a lze jej považovat za diskriminační – navrhuje proto závorku s definicí vypustit....“

Odpověď:

Zadavatel se rozhodl upravit technickou specifikaci přístroje uvedenou příloze C zadávací





dokumentace, v části 1 veřejné zakázky v položce č.3:

- osazení syntetickým omyvatelným předfiltrem

a vypustit požadavek:

- úprava antibakteriální vrstvou s ionty stříbra (například „Dupot ALESTA“)

Současně se zadavatel rozhodl:

1. Vypustit z obchodních podmínek v části A Obchodní podmínky pro část 1 v Návrhu kupní smlouvy článek 9.4.
2. **prodloužit lhůtu pro podání nabídek pro část č.1** veřejné zakázky. Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 3. 10. 2011 do 10:00 hod. se prodlužuje **do 17. 10. 2011 do 10:00 hod. Otevírání obálek s nabídkami** proběhne dne **17.10. 2011 ve 12:00 hod.** na kontaktní adrese zadavatele, na kontaktní adrese zadavatele, tj. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, budova A17, Kamenice 5, 625 00 Brno, v místnosti 305.

Ostatní zadávací podmínky pro část 1 veřejné zakázky zůstávají nezměněny.

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU

