



DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne, 25. května 2016

Č.j. MU-ZAK/41272/2016/360129/LF - 4

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Centrifugy a třepačky pro LF MU 2016“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2

Vážený pane, vážená paní,

Dne 23.5.2016 byla zadavateli Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o dodatečné informace následujícího znění:

rádi bychom Vás tímto požádali o poskytnutí dodatečných informací a odpovědi na následující dotazy u této VZ a části 2. Chlazená centrifuga II.

V požadovaných technických parametrech máte uvedeno:

- *Výkyvné rotory – ANO součástí dodávky rotor s kapacitou minimálně: 4 x 15 ml, 24 x 1,5/2,0 ml*

Naše dotazy: Rozumíme tomu správně, že součástí nabídnutého příslušenství má být výkyvný rotor se závěsy a adaptéry do kterých lze umístit minimálně 4 ks zkumavek o objemu 15 ml a zároveň minimálně 24 ks zkumavek o objemu 24 x 1,5 ml/2,0 ml? Máte na mysli kónické zkumavky typu „Falcon“ objemu 15 ml a rozměrech 17 x 120 mm?

- *Úhlové rotory - ANO součástí dodávky rotor s kapacitou minimálně: 4 x 15 ml, 24 x 1,5/2,0 ml*

Naše dotazy: Rozumíme tomu správně, že součástí nabídnutého příslušenství má být také úhlový rotor s adaptéry do kterých lze umístit minimálně 4 ks zkumavek o objemu 15 ml a zároveň minimálně 24 ks zkumavek o objemu 1,5 ml/2,0 ml? Máte na mysli kónické zkumavky typu „Falcon“ objemu 15 ml a rozměrech 17 x 120 mm?

Nebo chcete nabídnout také samostatný úhlový rotor s kapacitou minimálně 24 ks zkumavek o objemu 1,5 ml/2,0 ml?

Na základě výše uvedené žádosti dodavatele o dodatečné informace a pro vyloučení všech pochybností dává tímto zadavatel všem dotčeným zájemcům na vědomí, že se v souladu se zadávacími podmínkami rozhodl poskytnout následující odpověď na výše uvedenou žádost o dodatečné informace:

1) část č. 2 VZ Chlazená centrifuga II

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Česká republika

T: +420 549 49 2910, E: info@med.muni.cz, www.med.muni.cz

Bankovní spojení: KB Brno-město, ČÚ: 85636621/0100, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224



Dotaz č. 1: Výkyvné rotory – ANO součástí dodávky rotor s kapacitou minimálně: 4 x 15 ml, 24 x 1,5/2,0 ml

Naše dotazy: Rozumíme tomu správně, že součástí nabídnutého příslušenství má být výkyvný rotor se závěsy a adaptéry do kterých lze umístit minimálně 4 ks zkumavek o objemu 15 ml a zároveň minimálně 24 ks zkumavek o objemu 24 x 1,5 ml/2,0 ml? Máte na mysli kónické zkumavky typu „Falcon“ objemu 15 ml a rozměrech 17 x 120 mm?

Odpověď zadavatele na žádost o dodatečné informace:

Uchazeč může v rámci své nabídky nabídnout přístroj, jehož součástí dodávky bude/budou:

- jeden výkyvný rotor se závěsy a jedním adaptérem s kapacitou minimálně 4x 15ml a druhým adaptérem s kapacitou minimálně 24x 1,5ml/ 2,0ml
nebo
- dva výkyvné rotory, jeden výkyvný rotor s kapacitou minimálně 4x 15ml a druhý výkyvný rotor s kapacitou minimálně 24x 1,5ml/ 2,0ml.

Zadavatel trvá pouze na podmínce, že nabízený výkyvný rotor nebo výkyvný rotor s adaptérem musí být s kapacitou minimálně 4x 15ml. Nabízený výkyvný rotor nebo výkyvný rotor s adaptérem tedy může být například pro kónické zkumavky typu „Falcon“ o objemu 15 ml a rozměrech 17 x 120 mm.

Zadavatel pro vyloučení všech pochybností uvádí, že v zadávacích podmínkách nebyla požadována jedna konkrétní z výše uvedených možností, neboť zadavatel ponechal na dodavateli, zda nabídne jednu nebo druhou variantu řešení.

Dotaz č. 2: Úhlové rotory - ANO součástí dodávky rotor s kapacitou minimálně: 4 x 15 ml, 24 x 1,5/2,0 ml

Naše dotazy: Rozumíme tomu správně, že součástí nabídnutého příslušenství má být také úhlový rotor s adaptéry do kterých lze umístit minimálně 4 ks zkumavek o objemu 15 ml a zároveň minimálně 24 ks zkumavek o objemu 1,5 ml/2,0 ml? Máte na mysli kónické zkumavky typu „Falcon“ objemu 15 ml a rozměrech 17 x 120 mm? Nebo chcete nabídnout také samostatný úhlový rotor s kapacitou minimálně 24 ks zkumavek o objemu 1,5 ml/2,0 ml?

Odpověď zadavatele na žádost o dodatečné informace:

Uchazeč může v rámci své nabídky nabídnout přístroj, jehož součástí dodávky bude/budou:

- jeden úhlový rotor se závěsy a jedním adaptérem s kapacitou minimálně 4x 15ml a druhým adaptérem s kapacitou minimálně 24x 1,5ml/ 2,0ml
nebo
- dva úhlové rotory, jeden úhlový rotor s kapacitou minimálně 4x 15ml a druhý úhlový rotor s kapacitou minimálně 24x 1,5ml/ 2,0ml.

Zadavatel trvá pouze na podmínce, že nabízený úhlový rotor nebo úhlový rotor s adaptérem musí být s kapacitou minimálně 4x 15ml. Nabízený úhlový rotor nebo úhlový rotor s adaptérem tedy může být například pro kónické zkumavky typu „Falcon“ o objemu 15 ml a rozměrech 17 x 120 mm.

Zadavatel pro vyloučení všech pochybností uvádí, že v zadávacích podmínkách nebyla požadována jedna konkrétní z výše uvedených možností, neboť zadavatel ponechal na dodavateli, zda nabídne jednu nebo druhou variantu řešení.

2) Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU
v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek