



DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně 10.7.2016

Dodatečné informace č.1 k veřejné zakázce Laboratorní přístroje

Zadavatel, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno sděluje k veřejné zakázce **Laboratorní přístroje**, vyhlášené dne 28.6.2016, tyto dodatečné informace:

Část 4 – Multimetr

Dotaz č.1:

- 1) Požadujete rozsah měřené teploty od -5,0 °C? Mohl by být od 0,0°C?
- 2) Požadujete rozsah měřené vodivosti od 0,0 mS/cm? Mohl by být od 1,0 μS/cm?

Odpověď na dotaz č.1:

Zadavatel trvá na požadavcích, které jsou uvedeny v požadovaných minimálních technických parametrech přístroje, tj.:

měřené teploty minimálně v rozsahu -5,0°C – +50,0°C a
měřené vodivosti minimálně v rozsahu 0,0–2000mS/cm

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
děkan

Mgr. Pavel Vicherek
v.z. pro účely elektronického podpisu