



DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně 12. 7. 2016

Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce Laboratorní přístroje

Zadavatel, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno sděluje k veřejné zakázce **Laboratorní přístroje**, vyhlášené dne 28.6.2016, tyto dodatečné informace:

Část 2 – Vortex

Dotaz č.1:

V technické specifikaci je uveden požadavek na držák/y zkumavek o průměrech 9-29mm (min.kapacita 8ks). Je tím myšleno 8 ks pro každý rozměr nebo může být 8 ks při různých rozměrech?

Odpověď na dotaz č.1:

Je tím myšlena možnost současného uchycení/třepání vždy minimálně 8 zkumavek jednoho typu ze zadaného rozsahu průměrů. Tuto podmínku je možné splnit i dodáním několika držáků různého typu. Například jeden pro zkumavky o průměru 9 – 16mm a druhý pro zkumavky o průměru 14 – 29mm.

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
děkan

Ing. Hana Krásenská
v.z. pro účely elektronického podpisu