



DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne, 29. července 2016

Č.j. MU-ZAK/50676/2016/369802/LF -4

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Biologické inkubátory pro LF MU 2016“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Dne 27.7.2016 a 28.7.2016 byly zadavateli Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatelů o dodatečné informace následujícího znění:

- 1) *Zadavatel požaduje maximální množství polic alespoň 10. Náš inkubátor má 170 litrů (více než požaduje zadavatel), přesto výrobce doporučuje vložit do inkubátoru maximálně 7 polic pro zajištění dobré cirkulace vzduchu. Bude zadavatel toto akceptovat?*
- 2) *Zadavatel požaduje uzavíratelný vstup pro kabeláž o průměru min 40 mm. Náš inkubátor má vstup pro kabeláž o průměru 30 mm. To je pro obvyklé množství kabelů naprosto dostačující. Bude zadavatel toto akceptovat?*
- 3) *v technické specifikaci požadujete rozsah teplot do +55°C. Je možné nabídnout přístroj s rozsahem do +50°C při zachování všech ostatních parametrů technické specifikace? Teploty nad 50°C se u biologických inkubátorů stejně nevyužívá.*

Na základě výše uvedené žádosti dodavatele o dodatečné informace a pro vyloučení všech pochybností dává tímto zadavatel všem dotčeným zájemcům na vědomí, že se v souladu se zadávacími podmínkami rozhodl poskytnout následující odpověď na výše uvedenou žádost o dodatečné informace:

1) Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje maximální množství polic alespoň 10. Náš inkubátor má 170 litrů (více než požaduje zadavatel), přesto výrobce doporučuje vložit do inkubátoru maximálně 7 polic pro zajištění dobré cirkulace vzduchu. Bude zadavatel toto akceptovat?

Odpověď zadavatele na žádost o dodatečné informace:

Zadavatel se po zvážení výše uvedené žádosti (jednotlivých dotazů) o dodatečné informace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky **vyhovět žádosti dodavatele a upravit maximální množství polic na minimálně 7 polic**, tj. v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“, **nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčený požadavek následujícím způsobem:**

Počet vnitřních polic standard/ maximální množství	standard minimálně 3/ maximální množství minimálně 7 součástí dodávky budou minimálně 3 police
---	---

2) Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje uzavíratelný vstup pro kabeláž o průměru min 40 mm. Náš inkubátor má vstup pro kabeláž o průměru 30 mm. To je pro obvyklé množství kabelů naprosto dostačující. Bude zadavatel toto akceptovat?

Odpověď zadavatele na žádost o dodatečné informace:

Zadavatel se po zvážení výše uvedené žádosti (jednotlivých dotazů) o dodatečné informace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky **nevyhovět žádosti dodavatele a požaduje uzavíratelný vstup pro kabeláž o průměru min. 40 mm.**

Zadavatel stanovil tento technický parametr s ohledem na reálnou možnost umístění některého z přístrojů zadavatele do biologického inkubátoru. Z tohoto důvodu stanovil průchodnost uzavíratelného vstupu rovněž s ohledem a rozměry standardní gumové elektrické vidlice 230V, které mají šíři 3,7 až 3,8 mm.

Na základě výše uvedených skutečností zůstávají technické podmínky pro dotčený požadavek beze změn.

3) Dotaz č. 3:

v technické specifikaci požadujete rozsah teplot do +55°C. Je možné nabídnout přístroj s rozsahem do +50°C při zachování všech ostatních parametrů technické specifikace? Teploty nad 50°C se u biologických inkubátorů stejně nevyužívá.

Odpověď zadavatele na žádost o dodatečné informace:

Zadavatel se po zvážení výše uvedené žádosti (jednotlivých dotazů) o dodatečné informace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky **vyhovět žádosti dodavatele a upravit požadavek na teplotní rozsah přístroje do +50°C** tj. v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“, **nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčený požadavek následujícím způsobem:**

Teplotní rozsah	minimálně v rozsahu +3°C (nad okolní teplotu) až +50°C
------------------------	---

- 4) Zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“ zohledňující výše uvedené dodatečné informace zadavatele.

Uchazeč pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 5) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí dodatečných informací (úpravu zadávacích podmínek veřejné zakázky) se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 9.8. 2016 do 13:00 hod. se prodlužuje do 11.8. 2016 do 13:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne nově dne 11.8. 2016 ve 13:30 hod. na kontaktní adrese zadavatele, tj. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, budova A17, Kamenice 5, 625 00 Brno, v místnosti č. 305.

- 6) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU
v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek