



DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne, 22. srpna 2016

Č.j. MU-ZAK/70768/2016/390378/LF - 3

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Zdravotnické vyšetřovací přístroje a medicínská zařízení pro přenos a záznam obrazu“

část č. 1 VZ Vyšetřovací jednotka ORL a medicínské záznamové zařízení

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Dne 19.8.2016 byla zadavateli Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o dodatečné informace následujícího znění:

- 1) *Zadavatel požaduje kameru s LED zdrojem světla, mikroskop s LED zdrojem světla a další zdroj světla pro endoskopy - takže celkem 3x zdroj světla? Zdroj světla od mikroskopu lze používat i pro endoskopy - budou stačit 2 zdroje světla - tedy z kamery a z mikroskopu? Nebo zadavatel požaduje opravdu 3 zdroje světla?*

Na základě výše uvedené žádosti dodavatele o dodatečné informace a pro vyloučení všech pochybností dává tímto zadavatel všem dotčeným zájemcům na vědomí, že se v souladu se zadávacími podmínkami rozhodl poskytnout následující odpověď na výše uvedenou žádost o dodatečné informace:

1) část č. 1 VZ Vyšetřovací jednotka ORL a medicínské záznamové zařízení

Dotaz: *Zadavatel požaduje kameru s LED zdrojem světla, mikroskop s LED zdrojem světla a další zdroj světla pro endoskopy - takže celkem 3x zdroj světla? Zdroj světla od mikroskopu lze používat i pro endoskopy - budou stačit 2 zdroje světla - tedy z kamery a z mikroskopu? Nebo zadavatel požaduje opravdu 3 zdroje světla?*

Odpověď zadavatele na žádost o dodatečné informace:

Zadavatel se po zvážení výše uvedené žádosti o dodatečné informace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky **upřesnit stanovené technické podmínky následujícím způsobem: pokud zdroj světla z mikroskopu bude dostatečný a lze ho použít i pro endoskopy, nemusí být řešeno samostatným zdrojem světla pro endoskopy, tj.**

v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“, **nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené požadavky následujícím způsobem:**

Zdroj světla pro endoskopy pokud zdroj světla z mikroskopu bude dostatečný a lze ho použít i pro endoskopy, nemusí být řešeno samostatným zdrojem světla pro endoskopy	LED - ekvivalent 150W halogenu uchazeč uvede jak je řešen zdroj světla pro endoskopy
---	---

- 2) **Zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“ zohledňující výše uvedené dodatečné informace zadavatele.**

Uchazeč pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 3) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí dodatečných informací (úpravu zadávacích podmínek veřejné zakázky) se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 24.8. 2016 do 13:00 hod. se prodlužuje do 31.8. 2016 do 13:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne nově dne 31.8. 2016 ve 13:30 hod. na kontaktní adrese zadavatele, tj. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, budova A17, Kamenice 5, 625 00 Brno, v místnosti č. 305.

- 4) **Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU
v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek