



DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne, 24. srpna 2016

Č.j. MU-ZAK/70768/2016/390378/LF - 6

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Zdravotnické vyšetřovací přístroje a medicínská zařízení pro přenos a záznam obrazu“

část č. 1 VZ Vyšetřovací jednotka ORL a medicínské záznamové zařízení

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2

Vážený pane, vážená paní,

Dne 23.8.2016 byla zadavateli Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o dodatečné informace následujícího znění:

Zadavatel požaduje dodání zdravotnického vyšetřovacího přístroje ve složení: vyšetřovací ORL jednotka s monitorem, mikroskop s připojením na kameru s LED zdrojem světla a 1-čipovou kamerovou jednotku též s LED zdrojem světla. Další částí zakázky VZ 1 je dodání FullHD záznamového medicínského zařízení. Kombinace ORL vyšetřovací jednotky s 1-čipovou kamerou a FullHD záznamovým zařízením nenabídne uživateli očekávanou kvalitu obrazu a FullHD nebude dosažena. Z tohoto důvodu podáváme dotaz, zda zadavatel bude akceptovat alternativní řešení, které garantuje odpovídající kvalitu obrazového výstupu přes záznamové zařízení - např. PC s příslušným programovým vybavením pro uchování obrazu.

Na základě výše uvedené žádosti dodavatele o dodatečné informace a pro vyloučení všech pochybností dává tímto zadavatel všem dotčeným zájemcům na vědomí, že se v souladu se zadávacími podmínkami rozhodl poskytnout následující odpověď na výše uvedenou žádost o dodatečné informace:

1) část č. 1 VZ Vyšetřovací jednotka ORL a medicínské záznamové zařízení

Dotaz: *Zadavatel požaduje dodání zdravotnického vyšetřovacího přístroje ve složení: vyšetřovací ORL jednotka s monitorem, mikroskop s připojením na kameru s LED zdrojem světla a 1-čipovou kamerovou jednotku též s LED zdrojem světla. Další částí zakázky VZ 1 je dodání FullHD záznamového medicínského zařízení. Kombinace ORL vyšetřovací jednotky s 1-čipovou kamerou a FullHD záznamovým zařízením nenabídne uživateli očekávanou kvalitu obrazu a FullHD nebude dosažena. Z tohoto důvodu podáváme dotaz, zda zadavatel bude akceptovat alternativní řešení, které garantuje odpovídající kvalitu obrazového výstupu přes záznamové zařízení - např. PC s příslušným programovým vybavením pro uchování obrazu.*

Odpověď zadavatele na žádost o dodatečné informace:

Zadavatel se po zvážení výše uvedené žádosti o dodatečné informace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl **nevyhovět žádosti dodavatele, a to zejména z toho důvodu, že zadavatel pořizuje Vyšetřovací jednotku ORL a Full HD medicínské záznamové zařízení jako dvě zcela samostatná zařízení, která budou takto i využívána. V tomto smyslu jsou koncipovány i zadávací podmínky této veřejné zakázky. Z tohoto důvodu je tedy bezpředmětné se zabývat situací, že nebude dosažena Full HD kvalita přenosu obrazu mezi těmito zařízeními.**

2) Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU
v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek