



DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně 30.9.2016

Dodatečné informace č.3 k veřejné zakázce Hlubokomrazicí box

Zadavatel, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno sděluje na žádost uchazeče k veřejné zakázce **Hlubokomrazicí box**, vyhlášené dne 20.9.2016, tyto dodatečné informace:

Dotaz č.1:

Ve vámi zadaných technických parametrech je požadavek na jednokompresorový systém s konkrétními rozměry 950 x 560 x 700 mm a požadavkem na 6 nebo 5 kusů nerezových držáků:

Bylo by možné nabídnout pultový hlubokomrazicí box, s několikanásobně kvalitativně vyšším, kaskádovým dvoukompresorovým systémem, včetně 9-ti kusů nerezových držáků s krabičkami(celkem pro 72 krabiček), ale s nepatrně většími rozměry 1120 x 769 x 825 mm ??????

Odpověď na dotaz č.1:

Zadavatel v technických podmínkách vymezil minimálně přípustné parametry hlubokomrazicího boxu. Je tedy možné nabídnout kvalitativně vyšší zařízení. Nicméně zadavatel musí trvat na maximálních vnějších rozměrech zařízení 950 x 560 x 700 mm, protože je limitován prostorovými možnostmi laboratoře.

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
děkan

Mgr. Pavel Vicherek
v.z. pro účely elektronického podpisu