



DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně 7.10.2016

Dodatečné informace č.1 k veřejné zakázce Termostat

Zadavatel, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno sděluje na žádost uchazeče k veřejné zakázce **Termostat**, vyhlášené dne 27.9.2016, tyto dodatečné informace:

Dotaz č.1:

Je přípustné nabídnout zařízení- termostat, které má kapacitu (objem) media pro termostatování = 5 litrů?

Je přípustné nabídnout zařízení- termostat, které má nominální chladicí kapacitu při 20°C 320 W a zároveň nominální chladicí kapacitu při 0°C 230 W?

Odpověď na dotaz č.1:

Zadavatel trvá na požadavcích, které jsou uvedeny v požadovaných minimálních technických parametrech zařízení, tj.:

- kapacita (objem) media pro termostatování > 5 litrů
- nominální chladicí kapacita při 20 °C < 250 W
- nominální chladicí kapacita při 0 °C < 125 W

Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel žádným způsobem nemění zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel trvá na znění zadávacích podmínek,

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
děkan

Mgr. Pavel Vicherek
v.z. pro účely elektronického podpisu