

DORUČENO ELEKTRONICKY!

V Brně dne 14. 10. 2011

č.j: MU/62524/2011/RMU

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Inkubátory pro projekt CEITEC“

Zadavatel shora uvedené zakázky ve dnech 7. a 10. 10. 2011 obdržel níže uvedené žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel k uvedeným dotazům poskytuje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon), níže uvedené odpovědi s dodatečnými informacemi.

Dotaz č. 1

„Prosím o dopřesnění následujících dotazů u 7. části – Fermentor:

Je požadována stolní verze (skleněný se sterilizací v autoklávu) nebo nerezová verze (sterilizovatelný IN-SITU parou)?

Jaké plyny chcete ve fermentoru míchat?“

Odpověď zadavatele

Zadavatel požaduje stolní typ fermentoru se sterilizací v autoklávu a uvažuje o jediném plynu, a to o kyslíku.

Dotaz č. 2

„Prosím o dopřesnění 2. položky – Temperovaný inkubátor-orbitální třepačka (3ks)

- jaký orbit v mm má mít třepačka?

- chcete nabídnout přímo třípatrovou verzi třepačky nebo tři samostatné třepačky?“

Odpověď zadavatele

Orbit orbitálních třepaček není pro zadavatelem zamýšlený způsob využití třepaček významný. Z tohoto důvodu tento parametr nebude předmětem posuzování nabídek a zadavatel jeho hodnotu ponechává na dodavatelích.

Zadavatel požaduje dodání tří samostatných třepaček, nikoliv jedné vícepatrové třepačky. Třepačky musí být vertikálně stohovatelné (viz specifikace v příloze č. 1 zadávací dokumentace).

Dotaz č. 3

„Prosím o dopřesnění 3. položky – Temperovaný/chlazený Inkubátor - Orbitální třepačka

-jaký orbit v mm má mít třepačka?

Odpověď zadavatele

Orbit orbitálních třepaček není pro zadavatelem zamýšlený způsob využití třepaček významný. Z tohoto důvodu tento parametr nebude předmětem posuzování nabídek a zadavatel jeho hodnotu ponechává na dodavatelích.

Dotaz č. 4

*„Prosím o dopřesnění 6. položky – Temperovaný Inkubátor - Orbitální třepačka
- jaký orbit v mm má mít třepačka?*

Odpověď zadavatele

Orbit orbitálních třepaček není pro zadavatelem zamýšlený způsob využití třepaček významný. Z tohoto důvodu tento parametr nebude předmětem posuzování nabídek a zadavatel jeho hodnotu ponechává na dodavatelích.

Zadavatel rovněž v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona dále poskytuje dodatečnou informaci na základě vlastního zjištění. V důsledku písařské chyby bylo v popisu předmětu zakázky v Oznámení o zakázce, jež bylo uveřejněno v souladu se zákonem, a rovněž na straně 5 zadávací dokumentace chybně uvedeno, že předmětem zakázky je dodání mj. 1x Fermentoru 15 litrů. Předmětem dodávky je však správně dodání jednoho Fermentoru o objemu 5 litrů, což jednoznačně vyplývá ze specifikace příslušné položky v příloze č. 1 zadávací dokumentace – technických podmínkách a rovněž ze závazné předlohy smlouvy, jež tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Chyba v Oznámení o zakázce bude odstraněna uveřejněním opravného formuláře, chybu v zadávací dokumentaci považuje zadavatel za vysvětlenou těmito dodatečnými informacemi.

Mgr. Petr Jelínek
Útvar řízení projektu CEITEC
Masarykova univerzita