



DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne, 6. června 2017
Č.j. MU-ZAK/57704/2017/524844/LF - 2

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Kapalinový chromatograf s detekcí diodovým polem“

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), poskytnout odpověď na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Kapalinový chromatograf s detekcí diodovým polem“ (dále také „VZ“).

Dne 1.6.2017 byla zadavateli ZAK doručena žádost dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

- 1) Vzhledem k požadované odolnosti systému minimálně 1000 barů do průtoku 3 ml/min lze předpokládat využití systému v módu UPLC při průtocích 2-3 ml/min. Při takových průtocích je běžný nástřik do 10 ul. Můj dotaz zní, pokud je požadováno UPLC podle posledních analytických trendů, jestli je možné nabídnout autosampler s maximálním objemem nástřiku 50 ul, který je pro tyto aplikace více jak dostatečný. Autosampler by zároveň byl dostatečný i při eventuálním využití HPLC módu za využití nižších tlaků a větších průtoků.

Zadavatel dává tímto všem dotčeným dodavatelům/ účastníkům na vědomí, že se v souladu se ZZVZ a zadávacími podmínkami rozhodl odpovědět na žádost o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace této veřejné zakázky následujícím způsobem:

1) Odpověď zadavatele žádost o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel se po zvážení výše uvedené žádosti o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek **nevyhovět žádosti dodavatele**. Zadavatel s ohledem na

maximální univerzálnost poptávaného systému a plánované provozní využití trvá na stanovených technických podmínkách, a proto ponechává zadávací podmínky beze změn.

2) **Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek