

DORUČENO ELEKTRONICKY!

V Brně dne 19. 10. 2011

č.j: MU/63302/2011/RMU

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Mrazící boxy pro projekt CEITEC“

Zadavatel shora uvedené zakázky obdržel dne 17. a 18. 10. 2011 níže uvedené žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel k uvedeným dotazům poskytuje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon), níže uvedené odpovědi s dodatečnými informacemi.

Dotaz č. 1

„mrazáky -80 C pro projekt CEITEC mají cenově i věcně obsahovat i výsuvné nerez přihrádky na cryoboxy?“

Odpověď zadavatele

Ano, součástí dodávky mrazících boxů jsou také výsuvné nerezové přihrádky pro celý objem mrazáku (viz technické podmínky – příloha 1).

Dotaz č. 2

„Prosím o sdělení, zda v zadávací dokumentaci na výše uvedenou zakázku v sloupci Požadované technické a funkční vlastnosti je skutečně požadována certifikace přístrojů podle normy EN93/42/EC?“

Odpověď zadavatele

Na základě posouzení dotazu dodavatele a vzhledem k předpokládanému využití pořizovaných přístrojů se zadavatel rozhodl od požadavku na certifikaci přístrojů podle uvedené směrnice / normy o zdravotnických prostředcích upustit.

Přílohou těchto dodatečných informací je aktuální podoba přílohy č. 1 zadávací dokumentace – technických podmínek.

S ohledem na výše uvedenou změnu v technické specifikaci veřejné zakázky se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro předložení nabídek na plnění dané veřejné zakázky do **31. října 2011 do 12 hodin** na podatelnu Rektorátu Masarykovy univerzity, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční ve stejný den od 12:30 hodin.

S pozdravem,

Mgr. Petr Jelínek
Útvar řízení projektu CEITEC
Masarykova univerzita