



DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne 16.6.2017
Č.j. MU-ZAK/62581/2017/529894/LF-5

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Zdravotnické vyšetřovací přístroje a medicinská zařízení pro přenos a záznam obrazu pro LF MU“

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), změnit a doplnit zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Zdravotnické vyšetřovací přístroje a medicinská zařízení pro přenos a záznam obrazu pro LF MU“ (dále také „VZ“).

Dne 14.6.2017 byla zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

1) Pro část č. 1 VZ Položka č. 4 – LED světelný zdroj

Běžné vyšetření flexibilním nebo rigidním endoskopem v ORL netrvá déle než 7-10 minut. Zadavatelem požadovaná hodnota „Výdrž baterie – min. 4 hodiny“ je z uvedeného důvodu neopodstatněně dlouhá a pro většinu výrobců (dodavatelů) diskriminační. Bude zadavatel akceptovat hodnotu „min.1 hodina“ s tím, že tento údaj plně vyhovuje běžným klinickým požadavkům pro práci s endoskopem s přenosným zdrojem světla?

2) Pro část č. 1 VZ Položka č. 5 – Notebook

Zadavatel požaduje dodání Notebook-u s certifikátem, prokazujícím, že se jedná o zdravotnický prostředek. Bude zadavatel souhlasit s nabídkou standardního notebook-u, který jinak plně vyhovuje ostatním požadavkům zadání?

3) **Pro část č. 1 VZ** Položka č. 5 – Notebook – Software pro zpracování endoskopického programu

Zadavatel požaduje „Možnost otevření audiogramu...“ z čehož patrně vyplývá, že notebook má být připojený k blíže neurčenému audiometru nebo jinému přístroji. Žádáme o upřesnění tohoto parametru, abychom se vyhnuli nedorozumění u konfigurace nabídky.

4) **Pro část č. 2 VZ** Záznamové zařízení

Formát fotografií JPG, TIFF

Dotaz: Akceptuje zadavatel nabídku záznamového zařízení splňující všechny požadavky zadavatele, které primárně ukládá fotografie ve formátu JPG a umožňuje následné převedení do formátu TIFF? Jedná se o obdobné technické řešení, které naplňuje všechny medicínské a kvalitativní požadavky zadavatele a je zcela vyhovující.

Zadavatel dává tímto všem dotčeným dodavatelům/ účastníkům na vědomí, že se v souladu se a zadávacími podmínkami rozhodl odpovědět na žádost o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace této veřejné zakázky následujícím způsobem:

1) **Dotaz č. 1 (Pro část č. 1 VZ):**

Běžné vyšetření flexibilním nebo rigidním endoskopem v ORL netrvá déle než 7-10 minut. Zadavatelem požadovaná hodnota „Výdrž baterie – min. 4 hodiny“ je z uvedeného důvodu neopodstatněně dlouhá a pro většinu výrobců (dodavatelů) diskriminační. Bude zadavatel akceptovat hodnotu „min.1 hodina“ s tím, že tento údaj plně vyhovuje běžným klinickým požadavkům pro práci s endoskopem s přenosným zdrojem světla?

Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel se po zvážení výše uvedené žádosti (jednotlivých dotazů) o vysvětlení zadávací dokumentace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek pro část č.1 této veřejné zakázky **upravit požadavek výdrže baterie**. Zadavatel v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“, **nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčený požadavek následujícím způsobem:**

Výdrž baterie	Minimálně 1 hodina
---------------	--------------------

2) **Dotaz č. 2 (Pro část č. 1 VZ):**

Zadavatel požaduje dodání Notebook-u s certifikátem, prokazujícím, že se jedná o zdravotnický prostředek. Bude zadavatel souhlasit s nabídkou standardního notebook-u, který jinak plně vyhovuje ostatním požadavkům zadání?

Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky, tj. v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“, nově upravuje požadavek pro část č. 1 této VZ - Položka č. 5: Notebook. Požadavek na **dokument/ dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek** dle zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce i **prohlášení o shodě** dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů - doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě) prohlášení o shodě, **zadavatel již nepožaduje**, neboť se bude jednat o notebook pouze pro výuku.

3) Dotaz č. 3 (Pro část č. 1 VZ):

Položka č. 5 – Notebook – Software pro zpracování endoskopického programu

Zadavatel požaduje „Možnost otevření audiogramu...“ z čehož patrně vyplývá, že notebook má být připojený k blíže neurčenému audiometru nebo jinému přístroji. Žádáme o upřesnění tohoto parametru, abychom se vyhnuli nedorozumění u konfigurace nabídky.

Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel se vyjadřuje k výše uvedené žádosti (jednotlivých dotazů) o vysvětlení zadávací dokumentace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky **ponechat požadavek: Možnost otevření audiogramu a archivace do karty pacienta pro názornou ukázkou souvislostí.**

Zadavatel stanovil tento technický parametr s ohledem na skutečnost, že na notebook bude připojena kamera. Zadavatel nestanovil žádné další připojení notebooku na jakékoliv jiné zařízení. Na základě výše uvedených skutečností zůstávají technické podmínky pro dotčený požadavek beze změn.

4) Dotaz č. 4 (Pro část č. 2 VZ)

Formát fotografií JPG, TIFF

Dotaz: Akceptuje zadavatel nabídku záznamového zařízení splňující všechny požadavky zadavatele, které primárně ukládá fotografie ve formátu JPG a umožňuje následné převedení do formátu TIFF? Jedná se o obdobné technické řešení, které naplňuje všechny medicínské a kvalitativní požadavky zadavatele a je zcela vyhovující.

Zadavatel se po zvážení výše uvedené žádosti (jednotlivých dotazů) o vysvětlení zadávací dokumentace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek části č. 2 této VZ **upravit požadavek na formát fotografií.** Zadavatel v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“, **nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčený požadavek následujícím způsobem:**

Formát fotografií	JPG, TIFF nebo JPG s následným převedením do formátu TIFF
-------------------	---

- 5) Zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“ zohledňující výše uvedené dodatečné informace zadavatele.

Dodavatel pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 6) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 22.6.2017 do 13:00 hod. se prodlužuje do 3.7.2017 do 13:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne nově dne 3.7.2017 v 13:30 hod. na kontaktní adrese zadavatele, tj. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, budova A17, Kamenice 5, 625 00 Brno, v místnosti č. 305.

- 7) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Olga Korvasová
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“