



DORUČENO ELEKTRONICKY!

V Brně dne 20. 10. 2011

č.j: MU/63462/2011/RMU

Věc: Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Inkubátory pro projekt CEITEC“

Zadavatel shora uvedené zakázky dne 19. 10. 2011 obdržel žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, konkrétně k položce č. 7 – Fermentoru o objemu 5 litrů. Zadavatel k uvedené žádosti poskytuje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon), níže uvedené dodatečné informace.

Dotaz

„Dobrý den, prosím o upřesnění požadavku: „automatická kontrola objemu, hustoty, odvzdušnění“, konkrétně zda-li je zamýšlené kontrolovat objem pomocí vah dávkující kapaliny, zda-li je hustotou zamýšleno měření biomasy a zda-li je odvzdušněním míněno měření objemu odchozích plynů z bioreaktoru nebo rovnou jejich analýza?“

Odpověď zadavatele

Kontrolu objemu požaduje zadavatel pomocí vah a kontrola hustoty je zamýšlena měřením biomasy. U odchozích plynů postačí pouze měření objemu.

S pozdravem,

Mgr. Petr Jelínek
Útvar řízení projektu CEITEC
Masarykova univerzita