



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I

Identifikace veřejné zakázky

Název:	LED osvětlení pro fytotrony CEITEC MU (opakování)
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Adresa veřejné zakázky:	https://zakazky.muni.cz/vz00004597

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Masarykova univerzita – Středoevropský technologický institut
Sídlo:	Žerotínovo nám. 617/9, 301 77
IČ:	00216224
Zastoupen:	Mgr. Jiřím Nantlem, LL. M., ředitelem

ŽÁDOST UCHAZEČE

dne 6. 7. 2017 v 22:47:57 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z uchazečů tuto žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

1)

Může zadavatel uvést přibližný termín požadované dodávky osvětlení ?

2)

Jak a čím bude zadavatel měřit osvětlení složkou far red (730 nm) ?

Můj PAR metr měří jen do 700 nm.

3)

Jakým způsobem má být řešeno nastavení poměru složek u šestikanálového osvětlení ?

Píše se něco o nastavení z PC. Pokud ano, prosím o uvedení popisu ovládacího protokolu.

Dále prosím o info, jestli má být součástí dodávky nějaký ovládací program na PC, případně požadavky na něj.

4)

Nepočítá zadavatel do budoucna s nasazením 6 kanálového osvětlení u dalších fytotronů ?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE na žádost uchazeče

Ad 1)

Dle čl. V odst. 2 návrhu smlouvy požaduje zadavatel dodání osvětlení nejpozději **do 5 týdnů od účinnosti smlouvy**.

Přibližný termín účinnosti smlouvy však není zadavatel schopen stanovit, neboť se odvíjí od řady skutečností (např. složitosti přezkumu nabídek, rychlosti odezvy dodavatele při poskytování součinnosti při podpisu smlouvy apod.), jejichž délku trvání není zadavatel v tuto chvíli schopen předjímat a to mj. z důvodu, že řada těchto skutečností leží mimo vliv zadavatele.

Ad 2)

Zadavatel provede pomocí měřicího přístroje SpectraPen LM 500-H/UVIS měření na několika náhodně vybraných místech kultivační plochy uzavřeného boxu pro ověření splnění požadovaných parametrů.

Ad 3)

Zadavatel požaduje nastavení intenzity jednotlivých kanálů separátně pomocí PC uživatele. Stávající systém řízení banky bude řídit pouze rozsvěcení kultivačního osvětlení v režimu den / noc. Zadavatel nepožaduje specifický ovládací protokol nebo zvláštní požadavky na ovládací program. Tvorba programu a protokolu je v kompetenci prodávajícího za splnění ostatních technickými podmínkami definovaných požadavků. Součástí dodávky musí být veškeré součástky a příslušenství nebo programové vybavení nezbytné pro zajištění funkčnosti kultivačního osvětlení tak, jak je zadavatelem požadováno

Ad 4)

Zadavatel pořizuje vybavení s ohledem na své vědecko-výzkumné potřeby a finanční možnosti. V tuto chvíli nejsou zadavateli známy skutečnosti, které by vyvolaly potřebu zadavatele pořizovat 6 ti kanálové osvětlení i u dalších fytotronů.

Mgr. Lenka Štěřbová