



DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne 18.7.2017

Č.j. MU-ZAK/63287/2017/530609/LF- 1

Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení

„Tělové simulátory pro LF MU 2017“

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje ve smyslu ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), změnit a doplnit zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Tělové simulátory pro LF MU 2017“ (dále také „VZ“) zadávané v otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 25 ZZVZ a § 56 ZZVZ.

Dne 14.7.2017 byla zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

- 1) *prosím o upřesnění specifikace Položky č. 2 Model na výuku základní neodkladné resuscitace s vyhodnocením kvality CPR pomocí indikační jednotky, kde je požadováno: "model musí umožnit připojení defibrilačních elektrod a nácvik BSL s pomocí automatického externího defibrilátoru (AED)". Automatickým externím defibrilátorem má zadavatel na mysli "ostrou" variantu přístroje s podáním reálného defibrilačního výboje nebo cvičnou variantu AED bez reálného defibrilačního výboje?*

Zadavatel dává tímto všem dotčeným dodavatelům/ účastníkům na vědomí, že se v souladu se ZZVZ a zadávacími podmínkami rozhodl odpovědět na žádost o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace této veřejné zakázky následujícími způsoby:

1) Dotaz č. 1:

prosím o upřesnění specifikace Položky č. 2 Model na výuku základní neodkladné resuscitace s vyhodnocením kvality CPR pomocí indikační jednotky, kde je požadováno: "model musí umožnit připojení defibrilačních elektrod a nácvik BSL s pomocí automatického externího defibrilátoru (AED)". Automatickým externím defibrilátorem má zadavatel na mysli "ostrou" variantu přístroje s podáním reálného defibrilačního výboje nebo cvičnou variantu AED bez reálného defibrilačního výboje?

Odpověď zadavatele žádost o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace:

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Česká republika

T: +420 549 49 2910, E: info@med.muni.cz, www.med.muni.cz

Bankovní spojení: KB Brno-město, ČÚ: 85636621/0100, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224



Zadavatel se po zvážení výše uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky upřesnit a doplnit požadavek na možnost připojení defibrilačních elektrod a nácvik BSL zejména s pomocí cvičné varianty automatického externího defibrilátoru (AED). Zadavatel v rámci daného požadavku požaduje možnost použití zejména cvičné varianty automatického externího defibrilátoru (AED), tj. bez reálného defibrilačního výboje. Zadavatel v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“, nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčený požadavek následujícím způsobem:

model musí umožnit připojení defibrilačních elektrod a nácvik BSL zejména s pomocí cvičné varianty automatického externího defibrilátoru (AED), tj. bez reálného defibrilačního výboje.	ANO
---	-----

- 2) Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“ zohledňující výše uvedené upřesnění/ doplnění zadavatele.

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 3) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 24.7. 2017 do 13:00 hod. se prodlužuje do 8.8. 2017 do 13:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne nově dne 8.8. 2017 od 13:00 hod. na kontaktní adrese zadavatele, tj. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, budova A17, Kamenice 5, 625 00 Brno, v místnosti č. 305.

- 4) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy - ze dne 18.7.2017