

DORUČENO ELEKTRONICKY!

V Brně dne 24. 10. 2011

č.j: MU/64008/2011/RMU

Věc: Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Mrazící boxy pro projekt CEITEC“

Zadavatel shora uvedené zakázky obdržel dne 21. 10. 2011 žádost o dodatečné informace s dotazy k zadávacím podmínkám. Zadavatel k uvedeným dotazům poskytuje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon), níže uvedené odpovědi s dodatečnými informacemi.

Dotaz č. 1

„V zadání několika mrazících boxů se uveden požadavek „dva nezávislé chladicí kompresory“. Je tím míněn klasický kaskádový chladicí systém se dvěma kompresory, kdy jeden předchlazuje (tzv. high stage compressor) a druhý dochlazuje (tzv. low stage compressor)? Při poruše na jednom kompresoru je celý chladicí systém nefunkční a je nutné rychlé vyklizení boxu a oprava. A nebo je tím míněn tzv. duální chladicí systém se dvěma zcela nezávislými chladicími okruhy, z nichž každý má svůj kompresor a kdy při poruše na jednom okruhu pracuje druhý (i dlouhodobě) a není proto nutný rychlý zásah (vyklizení mrazáku a jeho oprava)?“

Odpověď zadavatele

Z provozních důvodů je požadavkem „dvou nezávislých chladících kompresorů“ myšlen systém dvou nezávislých chladících okruhů, každý se samostatným kompresorem.

Dotaz č. 2

„V zadání je u několika mrazících boxů požadováno: „monitorovací systém s alarmem pro případ výpadku energie a změnám teploty s možností dálkové signalizace na mobilní telefon a možností napojení na centrální monitorovací systém“.

Rozumíme tomu správně, že požadujete monitorovací systém (tj. systém, který sbírá teplotní data v čase a umožní jejich zobrazení např. přenesením dat do PC). Dále požadujete, aby mrazící box měl alarm systém pro případ výpadku proudu a změn teploty a aby tyto alarmové stavy hlásil na mobilní telefon uživatele. Tyto tři položky – monitorovací systém, alarm systém a telefonní hlásič alarmu musí být zahrnuty v nabídkové ceně. Dále požadujete možnost napojení mrazícího boxu na blíže nespecifikovaný centrální monitorovací systém, musí být tedy možné toto napojení v budoucnu provést, není ale zahrnuto v nabídkové ceně (protože chybí údaje o centrálním monitorovacím systému, jeho typu, umístění, vzdálenosti atd).“

Odpověď zadavatele

Ano, u relevantních mrazících boxů musí být monitorovací systém a alarm systém s funkcí dálkového hlásiče na mobilní telefon součástí nabídky a zahrnuty v nabídkové

ceně. Jak správně uvádíte, přístroj by měl umožňovat napojení na centrální monitorovací systém. Samotné napojení však není předmětem dodávky.

S pozdravem,

Mgr. Petr Jelínek
Útvar řízení projektu CEITEC
Masarykova univerzita