



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název: Lyofilizátor

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00004615>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta

Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: doc. RNDr. Jaromírem Leichmannem, Dr., děkanem

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce uveřejňuje následující vysvětlení č.1.

Zadavatel obdržel dne 24.7.2017 v 10:06:22 prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na Masarykově univerzitě následující **dotaz**:

Bude zadavatel akceptovat systém, který pracuje při pracovní teplotě – 50°C?

Odpověď zadavatele:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla zadavateli doručena po lhůtě. Jak vyplývá z ustanovení 6.2 Zadávací dokumentace, musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne 27.7.2017 v 9:00 hodin.

Přes tuto skutečnost zadavatel považuje za podstatné na dotaz odpovědět.

Zadavatel v technických podmínkách požaduje dodávku kondenzátoru lyofilizačního přístroje o pracovní teplotě -55°C -(-60) °C.

Zadavatel upozorňuje, že nemůže akceptovat preference jednoho z dodavatelů, jinak by diskriminoval dodavatele jiné, a tím porušil především zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zařízení s pracovní teplotou – 50°C zadavatel nepřijme a takovou nabídku vyřadí z účasti ve výběrovém řízení.

Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel žádným způsobem nemění zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel trvá na znění zadávacích podmínek



PŘÍRODOVĚDECKÁ
FAKULTA

V Brně dne 24. 7. 2017

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
děkan
(podepsáno elektronicky)