



PŘÍRODOVĚDECKÁ
FAKULTA

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název: Laserový granulometr

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00004627>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta

Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: doc. RNDr. Jaromírem Leichmannem, Dr., děkanem

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

Zadavatel obdržel dne 25.7.2017 v 13:40:22 hod prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na Masarykově univerzitě žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost účastníka č.1:

Chtěli bychom Vás požádat o změnu požadavku technického parametru pro rozlišení přístroje z min 100 tříd velikostí na min 97 tříd velikostí. Tento rozdíl považujeme za marginální, jelikož požadavek na více než 100 tříd velikostí nemá praktický význam vzhledem k použité extrapolaci oproti námi nabízenému řešení v počtu min 97 tříd velikostí. Třída velikostí je jen vypočtený údaj bez reálné detekce.

Odpověď zadavatele č.1:

Zadavatel se ztotožňuje s názorem účastníka, že rozdíl v počtu tříd požadovaných tříd je marginální a nemá praktický význam vzhledem k použité extrapolaci. Zadavatel bude akceptovat i taková technická řešení, která umožňují rozlišení přístroje v min 80 třídách velikosti. V souvislosti s touto změnou zadavatel uveřejňuje změněný dokument „Technické podmínky 25. 7. 2017“.

Zadavatel dále v souladu s ustanovením 12.3.4.5 Metodického dopisu č. 4 přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 4.1 Zadávací dokumentace takto:

„Nabídky je nutné podat nejpozději **do 4. 8. 2017 10:00 hod**“

Všechna ostatní ujednání zůstávají v platnosti.



PŘÍRODOVĚDECKÁ
FAKULTA

V Brně dne 25. 7. 2017

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
děkan
(podepsáno elektronicky)