



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název: Skříňový kultivátor

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00004625>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta

Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: doc. RNDr. Jaromírem Leichmannem, Dr., děkanem

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce uveřejňuje následující vysvětlení č.1.

Zadavatel obdržel dne 26.7.2017 v 14:47:24 prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na Masarykově univerzitě následující **dotaz**:

„V technických specifikacích uvádíte maximální vnější rozměry komory neom. x 60 x 70 cm (v x š x h).

Můžeme nabídnout komoru, která by byla o něco větší – 116 x 65 x 96 cm a vážila by 90 kg. Její užitný objem je 112 l. Akceptoval by zadavatel takovou komoru?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel v technických podmínkách požaduje dodávku zařízení, které splňuje alespoň, mimo jiné, následující technické parametry:

- Vnější rozměry (maximální): neom.x60x70 cm (výška*šířka*hloubka);
- Hmotnost zařízení: do 80 kg
- Vnitřní kultivační prostor (objem): minimálně 120 litrů

Zadavatel trvá na znění zadávacích podmínek. Zařízení s rozměry 116x65x96 cm, vahou 90 kg a užitným objemem 112 l zadavatel nepřijme a takovou nabídku vyřadí z účasti ve výběrovém řízení.



PŘÍRODOVĚDECKÁ
FAKULTA

Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel žádným způsobem nemění zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce.

V Brně dne 27. 7. 2017

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
děkan
(podepsáno elektronicky)