

Veřejná zakázka

NMR spektrometry 600 a 500 MHz

dodatečná informace 1

V Brně 26. října 2011

Zadavatel poskytuje v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Znění dodatečné informace:

„Z jakého důvodu zadavatel požaduje provedení testovacích měření citlivosti na jádrech $1H$, $13C$, $31P$, $19F$ a $29Si$ na poptávaném spektrometru 500 MHz, když pak vůbec s daty nepracuje a nejsou součástí hodnotících kritérií, přičemž v úvodním textu k 600 MHz spektrometru je obsáhle zdůvodněno, jak je citlivost důležitým parametrem, což však platí obecně. Protokoly č. VI-IX z přílohy E, jakožto i poslední dva body technických specifikací spektrometru 500 MHz nemají tak žádnou důležitost a jsou v zadávací dokumentaci zbytečné.“

Odpověď zadavatele:

Administrativní chybou došlo k uveřejnění nepřesného hodnocení na část 2 veřejné zakázky - přístroj NMR spektrometr 500 MHz. Zadavatel poskytuje dodavatelům finální podobu přílohy D - Způsob hodnocení nabídek.

prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
ředitel Středoevropského technologického institutu

Přílohy

- příloha D - Způsob hodnocení nabídek