



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název:	Laminární a PCR boxy pro CEITEC MU
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Adresa veřejné zakázky:	https://zakazky.muni.cz/vz00004675

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Masarykova univerzita – Středoevropský technologický institut
Sídlo:	Žerotínovo nám. 617/9, 301 77
IČ:	00216224
Zastoupen:	Mgr. Jiřím Nantlem, LL. M., ředitelem

ŽÁDOST UCHAZEČE č. 1

dne 2. 10. 2017 v 17:19 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z dodavatelů tuto žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

„Zadavatel definoval v zadávací dokumentaci požadavek na odbornou způsobilost pracovníků prodávajícího.

Požaduje tímto zadavatel doložení certifikátu o proškolení servisního technika, vydaný přímo výrobcem, jako součást nabídky?

Domnívám se, že splnění tohoto parametru, je klíčové pro správnou instalaci biologického bezpečnostního boxu včetně vstupní validace s validačním protokolem, která sama o sobě dokladuje to, že se během transportu, ani během instalace, nezměnili bezpečnostní parametry vlastního biohazard boxu a může být zabezpečena plná biologická ochrana obsluhy, včetně odborného zaškolení pracovníků.“

ODPOVĚĚ ZADAVATELE na žádost uchazeče

V souladu s ust. čl. IV. odst. 4) kupní smlouvy se vítězný účastník zaváže provést odzkoušení a ověření správné funkčnosti věci, případně její seřízení, revizi včetně předložení dokladů o odborné způsobilosti osoby, která seřízení či revizi provede, jakož i jiné úkony a činnosti nutné pro to, aby věc mohla spolehlivě plnit svůj účel.

Splnění výše uvedené povinnosti je předpokladem pro převzetí věci kupujícím, pokud toto nebude splněno, na věc se bude hledět, jako by nebyla prodávajícím kupujícímu předána se všemi důsledky, které se s tím pojí.

Dále zadavatel v ust. čl. VII. odst. 2) kupní smlouvy stanovil prodávajícímu povinnost, že k jakýmkoliv zásahům do věci je oprávněna pouze osoba, která je řádně proškolená výrobcem věci, resp. jeho jednotlivých komponent. Proávající je tedy povinen provádět jakékoliv zásahy do věci pouze pracovníkem, který byl řádně proškolen, přičemž kupující je oprávněn vyzvat prodávajícího k doložení oprávnění výrobce k provádění zásahu do věci kdykoliv.

Na základě výše uvedeného zadavatel nepožaduje předložení oprávnění výrobce věci již v nabídce, avšak dodavatel, který se rozhodne podat nabídku, musí být připraven toto oprávnění kupujícímu předložit jednak po provedení instalace věci, ale rovněž v průběhu záruční doby kdykoliv o to kupující prodávajícího požádá.

ŽÁDOST UCHAZEČE č. 2

dne 3. 10. 2017 v 12:59 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z dodavatelů tuto žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

- 1) *„Mohl by Zadavatel objasnit, zda nedošlo k záměně požadovaných rozměrů k 4. části dodávky? Popřípadě objasnit čeho se týká maximální vnější rozměr 600 mm?“*

V technické specifikace je uvedeno:

*Minimální rozměry pracovní plochy boxu – šířka 650 mm x hloubka 450 mm
Maximální vnější rozměry boxu – šířka 600 mm x výška 600 mm*

- 2) *V technické specifikaci pro 4. část dodávky je uvedeno:
Prostup stěnou boxu pro možné přivedení napájecí šňůry přístroje vloženého do boxu – ano.
Prosíme o vysvětlení tohoto požadavku.*

ODPOVĚĚ ZADAVATELE na žádost uchazeče

- 1) K záměně požadovaných rozměrů nedošlo, zadavatel trvá na uvedených rozměrech, tj.:
 - a) minimální rozměry pracovní plochy boxu: šířka 650 mm x hloubka 450 mm,
 - b) maximální vnější rozměry boxu: šířka 750 mm x hloubka 600 mm x výška 600 mm.
- 2) Zadavatel požaduje možnost vložení dalšího malého přístroje dovnitř boxu. Z tohoto důvodu je nutné do boxu přivést napájecí kabel. Zadavatel tedy požaduje možnost přivést kabel některou ze stěn boxu (nelze přivádět otevřenou přední částí boxu), proto musí být ve stěně uzavíratelný vstup tak aby prošel napájecí 230 V kabel i s vidlicí.

Mgr. Lenka Štěrbová