



DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne 19.10.2017

Č.j. MU-ZAK/121214/2017/589909/LF-4

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Počítač částic pro LF MU“

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), změnit a doplnit zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Počítač částic pro LF MU“ (dále také „VZ“).

Dne 19.10.2017 byla zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

Firmou dodávaný přístroj splňuje všechny podstatné technické požadavky výběrového řízení, pouze v parametru maximální šířka přesahuje limitní hodnotu o 2,7 cm, tj. měří 32,7 cm místo maximálně povolených 30 cm. Znamená to, že kvůli této marginálii může být naše nabídka ze soutěže vyřazena?

Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel se po zvážení výše uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek **upravit požadavek na rozměry přístroje**. Zadavatel v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“, **nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčený požadavek následujícím způsobem:**

Rozměry přístroje (v x š x h)	<i>pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit</i>
-------------------------------	--

Hmotnost přístroje	<i>pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit</i>
--------------------	--

- 1) **Zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací přikládá upravený (nový) dokument „Příloha č.1 návrhu smlouvy - Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění“ zohledňující výše uvedené dodatečné informace zadavatele.**

Dodavatel pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 2) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 26.10.2017 do 13:00 hod. se prodlužuje do 2.11.2017 do 13:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne nově dne 2.11.2017 v 13:30 hod. na kontaktní adrese zadavatele, tj. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, budova A17, Kamenice 5, 625 00 Brno, v místnosti č. 305.

- 3) **Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Olga Korvasová
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) „Příloha č. 1 návrhu smlouvy - Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění “