



DORUČENO ELEKTRONICKY!

V Brně dne 4. 11. 2011

Věc: Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Inkubátory pro projekt CEITEC“

Zadavatel shora uvedené zakázky ve dnech 31. 10. a 2.11.2011 obdržel žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, konkrétně k položce č. 4 – Inkubátoru 100 litrů a položce č. 5 - Termostatu. Zadavatel k uvedené žádosti poskytuje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon), níže uvedené dodatečné informace.

Dotaz č. 1

„U položky č.4 – Inkubátory 100 litrové, je zde požadavek na vnitřní prosklené dveře. Stačí pouze jedny dveře, které mají skleněný průzor, pro sledování vnitřního prostoru z venku?“

Odpověď zadavatele

Skleněný průzor je dostačující pro účel využití těchto inkubátorů.

Dotaz č. 2

„U položky termostat je požadován teplotní rozsah: 5°C až 70°C. Je tím myšleno + 5°C až +70°C nebo 5°C nad okolní teplotu do 70°C?“

Odpověď zadavatele

Je tím myšleno + 5°C až +70°C.

S pozdravem,

Mgr. Petr Jelínek
Útvar řízení projektu CEITEC
Masarykova univerzita