



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název: CP1720 Laminární box (2 ks)

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00004666>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta

Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: doc. RNDr. Jaromírem Leichmannem, Dr., děkanem

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce uveřejňuje následující vysvětlení č.1.

Zadavatel obdržel dne 13. 11. 2017 v 12:47:55 prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na Masarykově univerzitě následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost č.1

- 1) Zadavatel má u obou požadovaných boxů požadavky na minimální rozměry pracovního prostoru a maximální vnější rozměry boxu. Náš box má tyto rozměry - vnitřní 1830 x 580 x 654 mm (š x h x v), vnější 1950 x 823 x 2111 mm (š x h x v). Bude to pro zadavatele akceptovatelné? Jedná se o malé rozdíly.
- 2) Zadavatel požaduje vyklopitelné přední sklo pro snadné čištění. Náš box má jiný systém - sklo se vysune dolů a pak se čistí prostřednictvím otvoru nad sklem. Je tento systém také akceptovatelný?
- 3) Zadavatel požaduje 4 elektrické zásuvky. Náš box má standardně pouze 2. Bude zadavatel akceptovat box pouze se 2 zásuvkami a dodaným rozbočovačem?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na technických specifikacích uvedených v zadávací dokumentaci.



PŘÍRODOVĚDECKÁ
FAKULTA

Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel žádným způsobem nemění zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce. Všechny zadávací podmínky zůstávají v platnosti.

V Brně dne 13. 11. 2017

Mgr. Radovan Kareš
manažer pro koordinaci a správu projektů
na základě plné moci ze dne 22.6.2017
(podepsáno elektronicky)