



DORUČENO ELEKTRONICKY!

V Brně dne 13. 11. 2011

Věc: Dodatečné informace č. 4 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Inkubátory pro projekt CEITEC“

Zadavatel shora uvedené zakázky dne 11. 11. 2011 obdržel níže uvedený dotaz k zadávacím podmínkám předmětné zakázky.

Dotaz uchazeče:

„Dobry den,

mam dotaz k položce "Temperovany inkubator - Orbitalni trepacka. Pozadujete rozsah otacek 20 - 400 rpm. Trepacky budou vertikalne stohovatelne. Predpokladam, ze rozsah otacek (20 - 400 rpm) plati pro vsechna tri patra? Tedy, ze ve vsech trech patrech mohu nastavit otacky v pozadovanem rozsahu 20 - 400 prm?"

Zadavatel k uvedenému dotazu poskytuje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon), **následující odpověď zadavatele:**

„Ano, předpokládáte správně. Každý z přístrojů musí splňovat zadavatelem požadovaný rozsah otáček, neboť se jedná o samostatné přístroje.“

Mgr. Petr Jelínek
Útvar řízení projektu CEITEC
Masarykova univerzita