



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název: CP1718 Přístroj pro měření nepřímé kalorimetrie

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00004789>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta

Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: doc. RNDr. Jaromírem Leichmannem, Dr., děkanem

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce uveřejňuje následující vysvětlení č.1.

Zadavatel obdržel dne 6. 12. 2017 v 11:49 prostřednictvím e-mailové zprávy adresované kontaktním osobám pro toto výběrové řízení žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Ačkoliv zadavatel v bodě 6.2 zadávací dokumentace stanovil, že: „dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemné žádosti jsou dodavatelé povinni podávat výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK“, považuje zadavatel za nutné na dotaz reagovat.

Dotaz č.1:

- 1) Bude zadavatel akceptovat technické řešení, které neumožňuje použití s umělou plicní ventilací (umělým plicním ventilátorem)?
- 2) Bude zadavatel akceptovat chemický O₂ analyzátor místo paramagnetického?
- 3) Bude zadavatel akceptovat řešení, které umožňuje měření nepřímé kalorimetrie pomocí masky, bez možnosti využití “canopy”?

Odpověď zadavatele č.1:

Zadavatel trvá na technických parametrech uvedených v zadávací dokumentaci. Zadavatel, v souladu se zadávacími podmínkami, poptává dodání zařízení, které:

- umožňuje měřit nepřímou kalorimetrii (VO₂, VCO₂, RQ) u probandů spontánně ventilujících i na umělé plicní ventilaci
- obsahuje typ analyzátoru pro O₂: paramagnetický;



- měří nepřímou kalorimetrií (VO_2 – spotřeba kyslíku, VCO_2 – výdej oxidu uhličitého, RQ – respirační kvocient) min. pomocí kanopy nebo obličejové masky.

Zařízení, které neumožňuje použití s umělou plicní ventilací (umělým plicním ventilátorem), s chemickým O_2 analyzátozem a umožňující měření nepřímé kalorimetrie pomocí masky, bez možnosti využití “canopy” zadavatel nepřijme a takovou nabídku vyřadí z účasti ve výběrovém řízení.

Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel žádným způsobem nemění zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel trvá na znění zadávacích podmínek

V Brně dne 8. 12. 2017

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
děkan
(podepsáno elektronicky)