



MASARYKOVA
UNIVERZITA

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Identifikace veřejné zakázky

Název: Zajištění pozáručního servisu pro elektronové mikroskopy, vč. jejich příslušenství, ve vlastnictví CEITEC MU

Druh veřejné zakázky: Služby

Druh řízení: Jednací řízení bez uveřejnění

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00004745>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita – Středoevropský technologický institut

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

IČO: 00216224

Zastoupen: Mgr. Jiřím Nantlem, LL.M., ředitelem

1. PŘEDMĚT A SJEDNANÁ CENA

Popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zajištění kompletního odborného pozáručního servisu u prozařovacího elektronového mikroskopu 300 kV FEI Titan Krios a vitrificačního robota FEI Vitribot Mark IV, dodávek náhradních dílů pro prozařovací elektronový mikroskop 200 kV FEI Tecnai G2 TF 20 a mikroskop FEI Versa 3D, které byly pořízeny pro laboratoř Kryo-elektronové mikroskopie a tomografie na základě kupní smlouvy ze dne 8. 10. 2012 tak, aby i nadále mohly spolehlivě plnit svůj účel..

Sjednaná cena: 4.300.000,- Kč bez DPH.

2. OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Poř. č. nabídky	Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ	Právní forma
1.	FEI Europe B.V., Sídlo: Achtseweg Noord 5, gebouw AAE, 5651 GG Eindhoven, Nizozemí, IČO: 17097158	112 - Společnost s ručením omezeným

3. OZNAČENÍ VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ

☒ Žádný z účastníků **nebyl** vyloučen.

☐ Vyloučení byli tito účastníci:

- Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ
Důvod vyloučení: viz PŘÍLOHA (návrh rozhodnutí o vyloučení).
- Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ
Důvod vyloučení: viz PŘÍLOHA (návrh rozhodnutí o vyloučení).

3. Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ

Důvod vyloučení: viz PŘÍLOHA (návrh rozhodnutí o vyloučení).

4. VÝBĚR DODAVATELE

☒ Smlouva byla uzavřena s dodavatelem: **FEI Europe B.V.**, Sídlo: Achtseweg Noord 5, gebouw AAE, 5651 GG Eindhoven, Nizozemí, IČO: 17097158,

Odůvodnění: viz PŘÍLOHA (návrh rozhodnutí o výběru dodavatele)

☐ Rámcová dohoda byla uzavřena s dodavatelem/dodavateli: Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ

Odůvodnění: viz PŘÍLOHA (návrh rozhodnutí o výběru dodavatele)

☐ Do DNS byli zařazeni dodavatelé: Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ

Odůvodnění: viz PŘÍLOHA (návrh rozhodnutí o zařazení dodavatele)

5. OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ

☒ Zadavateli **nejsou** známi poddodavatelé.

☐ Na plnění zakázky se budou podílet poddodavatelé: Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ

6. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ VYBRANÝCH DRUHŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

☐ Jednací řízení s uveřejněním: vepište odůvodnění

☐ Řízení se soutěžním dialogem: vepište odůvodnění

☒ Jednací řízení bez uveřejnění: Předmětem smlouvy je pozáruční servis elektronového mikroskopu FEI Titan Krios včetně periferního zařízení FEI Versa3D, přístroje na vitifikaci vzorků FEI vitrobot a elektronového mikroskopu FEI Tecnai F20. Výrobce všech uvedených zařízení je společnost Thermo Fisher Scientific (dříve FEI). Prozařovací elektronový mikroskop Titan Krios vybavený přímým detektorem elektronů Falcon II je unikátním zařízením určeným pro studium biologických vzorků metodou kryo-elektronové mikroskopie a kryo-elektronové tomografie. Toto jedinečné technologické uspořádání umožňuje studium struktur komplexů biomakromolekul s atomárním rozlišením. Na světě je v současné době pouze kolem padesáti podobných instalací. V rámci Evropy je servis elektronových mikroskopů Titan Krios prováděn výhradně společností FEI Europe B.V. Sales & Service Division, která je divizí společnosti Thermo Fisher Scientific. Z tohoto důvodu neexistuje žádná další společnost, která je schopna zajistit plnohodnotný odborný servis v požadovaném rozsahu. Zařízení FEI Versa3D je unikátním skenovacím elektronovým mikroskopem vybaveným zdrojem fokusovaných iontů a držákem vzorku od firmy Quorum Technologies chlazeným na teplotu tekutého dusíku (-196°C). Vzniká tak jedinečné technologické uspořádání, které umožňuje přípravu tenkých buněčných lamel pro kryo-elektronovou tomografii a pozorování vnitřních částí buněk za nativních podmínek. V rámci Evropy existují tři instalace obdobného technologického uspořádání, u nichž je servis prováděn výhradně společností FEI Europe B.V. Sales & Service Division. Plnohodnotný odborný servis elektronových mikroskopů firmy Thermo Fisher Scientific (dříve FEI) může být prováděn pouze s použitím originálních náhradních dílů, jejichž výhradním a jediným dodavatelem je FEI Europe B.V. Sales & Service Division. Použití neoriginálních náhradních dílů může vést k omezení funkčnosti přístroje, výraznému snížení kvality měřených dat nebo k trvalému a nevratnému poškození přístroje. Vzhledem k tomu, že pořizovací cena uvedených elektronových mikroskopů přesahuje 150.000.000,- Kč, znamenalo by nevratné poškození přístrojů pro Středoevropský

technologický institut (CEITEC) ukončení jejich provozu bez možnosti náhrady zařízeními na stejné technologické úrovni. Servis elektronových mikroskopů společnosti Thermo Fisher Scientific (dříve FEI) je na území České republiky prováděn výhradně divizí společnosti Thermo Fisher Scientific FEI Europe B.V. Sales & Service Division. S ohledem na výše uvedené je společnost FEI Europe B.V. Sales & Service Division jedinou společností, která dokáže z technických důvodů a z důvodu ochrany výhradních práv předmět veřejné zakázky splnit. Zadavatel touto výzvou k jednání oznamuje dodavateli svůj úmysl zadat nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 63 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (**dále jen „ZZVZ“**), jelikož nelze využít jiného postupu a zadavatel nestanovil zadávací podmínky veřejné zakázky s cílem vyloučit hospodářskou soutěž.

☐ Zjednodušený režim: vepište odůvodnění

☐ Žádný z výše uvedených druhů řízení/režimů **nebyl** použit.

7. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

☒ Zadávací řízení **nebylo** zrušeno.

☐ Zadávací řízení bylo zrušeno. Zdůvodnění: viz PŘÍLOHA (návrh rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení).

8. ODŮVODNĚNÍ PODÁNÍ NABÍDEK V LISTINNÉ PODOBĚ

☒ Zadavatel obdržel všechny nabídky prostřednictvím elektronického nástroje.

☐ Zadavatel umožnil kromě elektronických nabídek i příjem nabídek v listinné podobě, protože se domníval, že někteří dodavatelé nebudou schopni podat nabídku elektronicky, a obával se, že by to mohlo být důvodem k nízkému počtu podaných nabídek.

☐ Jiný důvod. Zdůvodnění: vepište zdůvodnění

9. STŘET ZÁJMŮ

☒ Zadavatel **nezjistil** střet zájmů u žádné z osob, které se podílely na průběhu nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

☐ Zadavatel zjistil střet zájmů u těchto osob: Jméno osoby, funkce

Přijatá opatření: popište opatření

10. ROZDĚLENÍ NA ČÁSTI NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

☐ **Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.**

☐ Nadlimitní veřejná zakázka **byla** rozdělena na části.


☒ Nadlimitní veřejná zakázka nebyla rozdělena na části. Zdůvodnění: Jedná se o jeden funkční celek s věcnou, místní a časovou souvislostí a zadavatel tedy nepovažuje rozdělení této veřejné zakázky na části za účelné a hospodárné

11. PROKÁZÁNÍ OBRATU

☒ Zadavatel **nestanovil** požadavek na prokázání minimální výše ročního obratu přesahujícího dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

☐ Zadavatel stanovil požadavek na prokázání minimálního ročního obratu přesahujícího dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zdůvodnění: vepište odůvodnění

V Brně dne 15. 12. 2017, vyhotovil Ing. Miroslav Haman



Přílohy:

- Dle textu