

POLOŽKOVÝ ROZPOČET	
Typové označení přístroje	
Vyplní dodavatel	
Základní požadavky zadavatele	
Pokročilá mikroskopie - Inkubační komora pro Leica konfokální mikroskop s řízenou atmosférou + úpravy optiky	
Požadované technické a funkční vlastnosti	Cenová nabídka uchazeče v Kč bez DPH
Hardwarový autofokus pro udržení stability systému v ose Z.	Vyplní dodavatel
Hybridní detektor s QE=45% při 500nm, spektrální.	Vyplní dodavatel
Planapochromatický objektiv vodní se zvětšením 40x, s numerickou aperturou NA = 1.1, vodní objektiv pro konfokální snímání.	Vyplní dodavatel
DIC prismy pro diferenciální interferenční kontrast.	Vyplní dodavatel
Specializovaný software pro dlouhodobé snímání, včetně modulu pro udržování objektů v zorném poli při snímání.	Vyplní dodavatel
Inkubační komora s řízenou kontrolou CO2 v celém objemu.	Vyplní dodavatel
Antivibrační stůl 900x900 mm s aktivním chlazením včetně kompresoru.	Vyplní dodavatel
Cena úhrnem	Vyplní dodavatel