

**DORUČENO ELEKTRONICKY!**

V Brně dne 23. 10. 2011

č.j: MU/68519/2011/RMU

**Věc:** Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Centrifugy projektu CEITEC“

**I.**

Zadavatel shora uvedené zakázky obdržel dne 21. 11. 2011 níže uvedené žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel k uvedeným dotazům poskytuje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon), následující odpovědi s dodatečnými informacemi.

**Dotaz č. 1 (k části 2 zakázky, položce 2B)**

*„U bodu 2B - Stolní centrifuga s výměnným rotorem- ve Vaší specifikaci je uvedeno: stolní programovatelná centrifuga s výkyvnými rotory pro centrifugaci zkumavek (objem 15 a 50 ml) a mikrotitračních destiček- rozumíme tomu tedy správně, že součástí nabídkové ceny tohoto bodu musí být veškeré potřebné příslušenství (závěsy a adaptéry pro uvedené zkumavky) a také vlastní výkyvný rotor pro MTP včetně potřebného příslušenství?“*

**Odpověď zadavatele**

Ano, součástí dodávky v rámci této položky je skutečně centrifuga včetně veškerého příslušenství, tj. dva rotory, závěsy a adaptéry na 15 a 50 ml zkumavky a na mikrotitrační destičky.

**Dotaz č. 2 (k části 2 zakázky, položce 2C)**

*„U bodu 2C- Stolní centrifuga- ve Vaší specifikaci je uvedeno: rotor úhlový pro zkumavky 15 ml a 50 ml typu Falcon, 50 ml oak ridge, alespoň 6 pozic a 15 000 g s kovovým víkem chránícím před kontaminací- rozumíme tomu tedy správně, že součástí nabídkové ceny tohoto bodu musí být veškeré potřebné příslušenství (adaptéry pro všechny uvedené zkumavky v plném počtu do úhlového rotoru)? Vzhledem k tomu, že všechny požadované zkumavky 15 ml, 50 ml Falcon a 50 ml oak ridge mají vlastní uzávěry (víčka) se chceme zeptat, jestli opravdu trváte na rotoru s kovovým víkem chránícím před kontaminací. Prosíme o odpověď.“*

**Odpověď zadavatele**

Ano, součástí nabídkové ceny musí být všechny potřebné adaptéry a rovněž rotor chráněný víkem je požadován.

**Dotaz č. 3 (k části 2 zakázky, položce 2C)**

*„Dále u tohoto bodu 2C ve Vaší specifikaci je uvedeno: rotor výkyvný pro zkumavky 15 ml a 50 ml typu Falcon, alespoň 16 pozic pro zkumavky typu Falcon 15 ml, alespoň 4000 g-*

rozumíme tomu tedy správně, že součástí nabídkové ceny tohoto bodu musí být veškeré potřebné příslušenství (závěsy a adaptéry pro všechny uvedené zkumavky)?“

**Odpověď zadavatele**

Ano, součástí dodávky musí být adaptéry pro uvedené zkumavky.

**Dotaz č. 4 (k části 2 zakázky, položce 2C)**

„Dále u tohoto bodu 2C ve Vaší specifikaci je uvedeno: rotor úhlový pro centrifugaci 96 jamkových kultivačních destiček, alespoň 2000 g- domníváme se, že v tomto bodě je chybně uvedeno úhlový rotor- správně by mělo být výkyvný rotor pro centrifugaci 96 jamkových kultivačních destiček, prosíme o změnu.“

**Odpověď zadavatele**

Zde došlo k přepisu v požadavcích zadavatele. Jedná se samozřejmě o rotor výkyvný.

**II.**

Zadavatel dále v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona poskytuje dodatečné informace rovněž z vlastního podnětu.

- 1) V článku VIII. odst. 3) zadávací dokumentace zadavatel upřesňuje znění článku následovně: „Zadavatel si vyhrazuje právo nevyužít nabídku na plnění kterékoli části veřejné zakázky, jejíž nabídková cena překročí předpokládanou hodnotu příslušné části veřejné zakázky, případně dílčí položky předmětu plnění; v takovém případě bude nabídka posouzena jako nepřijatelná nabídka ve smyslu § 22 odst. 1 písm. b) Zákona.“

V souběhu s tímto upřesněním zadavatel upřesňuje v článku III. odst. 7) zadávací dokumentace předpokládané hodnoty jednotlivých položek předmětu části 2 veřejné zakázky vložení následující věty: „Předpokládané hodnoty položek v části 2 veřejné zakázky činí:

- položka 2A – 130.000,- Kč bez DPH,
- položka 2B – 100.000,- Kč bez DPH,
- položka 2C – 205.000,- Kč bez DPH,
- položka 2D – 135.000,- Kč bez DPH,
- položka 2E – 130.000,- Kč bez DPH.“

Důvodem těchto upřesnění je skutečnost, která vyvstala až v průběhu zadávacího řízení, a to že zpravidla každý přístroj je určen pro jiného zadavatele (MU, VFÚ nebo VÚVL), který má na jeho pořízení vyčleněny různé nepřekročitelné prostředky.

- 2) Zadavatel dále upřesňuje podmínku v článku IX. Odstavci 2) zadávací dokumentace, podle kterého musí být zpracována v českém jazyce. Zadavatel upřesňuje, že dodavatelé mohou nad rámec zpracování technických specifikací nabízených přístrojů v českém jazyce, uvést podpůrně také jiné dokumenty zpracované v anglickém jazyce (např. technické listy, výkresy, oficiální brožury výrobce atp.).

Mgr. Petr Jelínek  
Útvar řízení projektu CEITEC  
Masarykova univerzita