



VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ A ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název:	Dodávka a zprovoznění vakuové stanice v UKB
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Adresa veřejné zakázky:	https://zakazky.muni.cz/vz00004927

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Masarykova univerzita
Sídlo:	Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ:	00216224
Zastoupen:	Ing. Pavlem Brančíkem, ředitelem Správy Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno

Dne 16. 4. 2018 v 15:07 hod. obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z dodavatelů žádost obsahující několik otázek na upřesnění předmětu plnění. Zadavatel odpovídá a upřesňuje informace u každé z otázek níže:

1. Povoluje zadavatel pro zápujčku, než se dodá definitivní řešení 1 ks jednotky vakuové stanice, která má výkon 200 Nm³/h tzn. 2 x vyšší než je stávající zdroj vakua a měla by tudíž plně dostačit současným požadavkům?

[Ano, povoluje.](#)

2. Může zadavatel specifikovat, co všechno je zahrnuto v demontáži stávajícího zařízení? Je součástí demontáže i odstěhování a odvoz a ekologická likvidace stávajícího zařízení?

[Ano, součástí demontáže je i odstěhování a odvoz a ekologická likvidace stávajícího zařízení.](#)

3. Vzhledem k dodatečným informacím technického rázu žádáme o posunutí termínu na nabídku.

[Lhůta pro podání nabídek bude prodloužena.](#)

4. Povoluje zadavatel umístění jednotek vedle sebe nebo horizontálně nad sebou? Olejové rotační zařízení není možné z konstrukčního principu překlápět do svislé polohy.

[Zadavatel požaduje umístění jednotek horizontálně nad sebou.](#)



5. Může zadavatel specifikovat jaká je ztráta na výstupním potrubí?
5% ztráta na výstupu.
6. Může zadavatel specifikovat horní a spodní hranici vakua?
Požadovaný provozní tlak vývěvy je 400 až 0,5 mbar abs.
7. Jaký je požadavek na materiál, ze kterého bude vyrobena vakuová nádoba 1000 l?
Ocel.
8. Jakým způsobem má být vyřešeno dálkové informace o provozu? Beznapěťovým kontaktem?
Ano, beznapěťovým kontaktem.
9. Výstupy 4-20mA – co bude proudový signál specifikovat?
Pro dálkový dohled.
10. Může zadavatel specifikovat, jaké medium bude odsávat? Budou to korozivní páry? Jaká bude teplota?
Korozivní páry se neodsávají, teplota odsávaného média je maximálně 40 st.C.
11. Bude zadavatel provozovat obě vývěvy v souběhu nebo budou fungovat pouze samostatně?
Vývěvy budou fungovat samostatně s automatickým přepínáním, v případě potřeby zajistí druhá vývěva výpomoc.
- Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel dopřesnil informace k požadované minimální technické specifikaci uvedené v bodě 4 d) Formuláře nabídky.
- Vlastní specifikaci nabízené věci či svůj technický popis věci přikládá uchazeč ke své nabídce jako samostatnou přílohu č. 1.
- Ostatní ujednání zadávací dokumentace zůstávají beze změny.
- Zadavatel se zároveň rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to **do pátku 27. 4. 2018 do 10:30 hod.**

V Brně dne 18. 4. 2018

Ing. Pavel Bráňík
ředitel Správy Univerzitního kampusu Bohunice
(podepsáno elektronicky)