



VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ A ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2

Identifikace veřejné zakázky

Název:	Dodávka a zprovoznění vakuové stanice v UKB
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Adresa veřejné zakázky:	https://zakazky.muni.cz/vz00004927

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Masarykova univerzita
Sídlo:	Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ:	00216224
Zastoupen:	Ing. Pavlem Brančíkem, ředitelem Správy Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno

Dne 20. 4. 2018 v 8:31 hod. obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z dodavatelů žádost o doplnění informací z Dodatečných informací č. 1 na upřesnění konkrétního dotazu. Zadavatel níže uvádí původní dotazy, odpovědi a nové dotazy týkající se konkrétního bodu:

5. Může zadavatel specifikovat jaká je ztráta na výstupním potrubí?
5% ztráta na výstupu.

Nový dotaz:

bod 5) jedná se nám o tlakovou ztrátu tzn. jestli vývěva musí překonávat nějaký odpor na svém výstupu. Hodnota 5% není vypovídající

Pro uživatele je důležitá hodnota ztráty tlaku na výstupu z vývěvy, což činí 5%. Ztráty tlaku v rozvodech ve výběrovém řízení neřešíme.

9. Výstupy 4-20mA – co bude proudový signál specifikovat?
Pro dálkový dohled.

Nový dotaz:

bod 9) Jedná se o přenos informací o hodnotě podtlaku? Např. 20 mA = 400 mbar abs. a 4 mA = 0,5 mbar abs. nebo chce zadavatel „dálkově dohlížet“ na jiný parametr?

Proudový signál bude sloužit pro dálkový monitoring podtlaku, 20 mA = 400 mbar abs, 4 mA = 0,5 mbar abs.



11. Bude zadavatel provozovat obě vývěvy v souběhu nebo budou fungovat pouze samostatně?
Vývěvy budou fungovat samostatně s automatickým přepínáním, v případě potřeby zajistí druhá vývěva výpomoc.

Nový dotaz:

bod 11) rozpor v odpovědi. Vývěvy budou fungovat samostatně ... v případě potřeby zajistí druhá vývěva výpomoc. Znamená to, že je potenciál souběhu obou vývěv „v případě potřeby“?

Vývěvy budou fungovat samostatně s automatickým přepínáním.

Zadavatel se domnívá, že všechny minimální požadavky na zařízení, které byly specifikovány, včetně rozšíření specifikace doplněné na základě dotazů uchazeče, jsou pro podání nabídky dostačující. Uchazeč přiloží specifikaci věci či technický popis věci a přiloží ke své nabídce jako samostatnou přílohu č. 1.

Ostatní ujednání zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Zadavatel se zároveň rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to **do středy 2. 5. 2018 do 9:00 hod.**

V Brně dne 23. 4. 2018

Ing. Pavel Bráčik
ředitel Správy Univerzitního kampusu Bohunice
(podepsáno elektronicky)