



V Brně dne 16.5.2018

Č.j. MU-ZAK/59387/2018/692332/LF-4

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Pultový hlubokomrazicí box“

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), změnit a doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 15.5.2018 byla zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

Hodnoty, uvedené v technických požadavcích až nápadně připomínají technickou specifikaci jednoho konkrétního výrobce. Domníváme se, že by v rámci transparentnosti a rovného zacházení mělo být umožněno nabídnout i boxy ostatních výrobců. Proto máme k technickým požadavkům této zakázky následující dotazy:

- 1) Požadujete vnitřní objem v rozmezí 90-130 litrů. Námi dodávaný přístroj má 193 litry.
Bylo by možné upravit zadání tak, aby bylo možno nabídnout i tento přístroj.
- 2) Požadujete maximální hmotnost přístroje 280 kg. Námi dodávaný přístroj má 350 kg.
Bylo by možné upravit zadání tak, aby bylo možno nabídnout i tento přístroj.

Zadavatel dává tímto všem dotčeným dodavatelům/ účastníkům na vědomí, že se v souladu se ZZVZ a zadávacími podmínkami rozhodl odpovědět na žádost o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace této veřejné zakázky následujícím způsobem:

1) Dotaz č. 1:

*Požadujete vnitřní objem v rozmezí 90-130 litrů. Námi dodávaný přístroj má 193 litry.
Bylo by možné upravit zadání tak, aby bylo možno nabídnout i tento přístroj.*

Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel se po zvážení výše uvedené žádosti (jednotlivých dotazů) o dodatečné informace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky nevyhovět žádosti dodavatele a požaduje vnitřní objem v rozmezí 90-130 litrů.

Zadavatel stanovil tento technický parametr s ohledem na reálnou možnost umístění přístroje a reálnou potřebu množství skladovaného materiálu. Z tohoto důvodu zadavatel požaduje menší hlubokomrazicí box. Dodavatelem navrhovaná alternativa je tak téměř s dvojnásobnou kapacitou oproti požadavku zadavatele.

Na základě výše uvedených skutečností zůstávají technické podmínky pro dotčený požadavek beze změn.

2) Dotaz č. 2:

*Požadujete maximální hmotnost přístroje 280 kg. Námi dodávaný přístroj má 350 kg.
Bylo by možné upravit zadání tak, aby bylo možno nabídnout i tento přístroj.*

Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel se po zvážení výše uvedené žádosti (jednotlivých dotazů) o dodatečné informace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky nevyhovět žádosti dodavatele a požaduje maximální hmotnost přístroje 280 kg.

Zadavatel stanovil tento technický parametr na základě požadavku na celkové maximálního zatížení místnosti. Místnost je již teď osazena dalšími těžkými přístroji a zařízeními a z hlediska maximální nosnosti podlah není vhodné zatěžovat více, než je nezbytně nutné.

Z tohoto důvodu zadavatel požaduje menší hlubokomrazicí box s nižší hmotností.

Na základě výše uvedených skutečností zůstávají technické podmínky pro dotčený požadavek beze změn.

Zadavatel stanovil zadávací a tedy i technické podmínky této veřejné zakázky s ohledem na zamýšlený účel využití požadovaného přístroje (zařízení) dále s ohledem na podmínky, které jsou nárokovány provozem, prostorem a možnostmi laboratoře, kde bude přístroj umístěn, od čehož se odvíjí i nastavení jednotlivých parametrů. Tímto se zadavatel důrazně ohrazuje proti nařčení dodavatele, že by zadavatel stanovením zadávacích podmínek narušil transparentnost a rovné zacházení. Dodavatel může nabídnout přístroj (zařízení) od jakéhokoliv výrobce při dodržení zadávacích a technických podmínek stanovených zadavatelem, které byly stanoveny na základě reálných potřeb zadavatele a zamýšleného účelu použití.

3) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D..
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek