

DORUČENO ELEKTRONICKY!

V Brně dne 14. 12. 2011

Věc: Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Systémy pro laserovou konfokální mikroskopii projektu CEITEC“

I.

Masarykova univerzita, jakožto centrální zadavatel shora uvedené zakázky se z důvodu snahy o zajištění maximálně nediskriminujících podmínek zadání veřejné zakázky při současném dodržení určité minimální kvalitativní úrovně požadovaného plnění s ohledem na očekávané využití zařízení v rámci projektu CEITEC, poskytuje níže uvedené **dodatečné informace k části 2 veřejné zakázky**, v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon). **Všechny dodatečné informace se týkají přílohy části 2 veřejné zakázky, s výjimkou dodatečné informace ohledně prodloužení lhůty pro podání nabídek, která platí pro obě části.**

- 1) **V řádku 17** technických podmínek pro část 2 veřejné zakázky se **mění hodnota numerické apertury objektivu 20x suchý na $NA=0,70$** , neboť zadavatel usoudil, že pro požadované zobrazovací vlastnosti zařízení je tato minimální hodnota dostačující.
- 2) **V řádku 19** technických podmínek pro část 2 veřejné zakázky se popis parametru mění takto: „**60x nebo 63x/ $NA = 1,20$ (vodní imerze)**“. Důvodem je běžné používání těchto dvou standardních variant objektivů.
- 3) **V řádku 47** technických podmínek pro část 2 veřejné zakázky zadavatel upřesňuje, že je požadována plynulá změna zvětšení.
- 4) **V řádku 63** technických podmínek pro část 2 veřejné zakázky se popis a požadovaná hodnota parametru mění následovně: „**rozlišení 3 nm nebo lepší**“, neboť zadavatel usoudil, že pro požadované využití zařízení je tato minimální hodnota dostačující.
- 5) **V řádku 64** technických podmínek pro část 2 veřejné zakázky se vypouští požadovaný parametr „rezonanční frekvence“, neboť tento parametr není pro plánované využití zařízení nezbytný.
- 6) **V řádku 65** technických podmínek pro část 2 veřejné zakázky se snižuje maximální zatížení piezostolku na hodnotu „**min. 200 g**“. Zadavatel sice v rámci výzkumné aktivity plánuje výhledově také testování vzorků s vyšší hmotností, nicméně pro aktivity plánované v bližším horizontu je tato hodnota dostačující.

Pro přehlednost provedených upřesnění technických podmínek části 2 poskytuje zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací aktualizovaný soubor s Technickými podmínkami. Upřesnění jsou vyznačena tučným, případně přeškrtnutým písmem.

II.

S ohledem na uvedená upřesnění technických podmínek a blížící se konec lhůty pro podání nabídek se zadavatel rozhodl lhůtu pro podání nabídek prodloužit do **6.2.2012 do 12:00 hodin**. Současně se stanovuje nový termín pro otevírání obálek s nabídkami na 6.2.2012 od 12:30 hodin.

Jiné zadávací podmínky nejsou těmito dodatečnými informacemi dotčeny.

Mgr. Petr Jelínek
Útvar řízení projektu CEITEC
Masarykova univerzita

Příloha: aktualizovaná verze technických podmínek – soubor s názvem
<< Konfokal_Priloha_1_Technicke_podminky_final_uprava_111214.xlsx>>