



DORUČENO ELEKTRONICKY!

V Brně dne 15. 12. 2011

Věc: Dodatečné informace č. 4 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Systémy pro laserovou konfokální mikroskopii projektu CEITEC“

Masarykova univerzita, jakožto centrální zadavatel shora uvedené zakázky obdržel dne 8.12.2011 žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám, konkrétně k technickým podmínkám části 2 veřejné zakázky:

„V Příloze č. 1 - Technické podmínky části 2 se uvádí, že "je jedním z nutných parametrů systému možnost přechodu mezi uvedenými režimy (standardní/rezonanční/wide-field) bez nutnosti restartu systému." Co přesně se rozumí "restartem systému"?"

Zadavatel k uvedenému dotazu poskytuje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže uvedenou dodatečnou informaci:

Pro plánovaná pozorování je nutné, aby se přechod mezi pozorovacími režimy odehrával s minimálním prodloužením časosběrného záznamu experimentu.

Restartem systému v této souvislosti míníme nezbytnost nového spuštění hardware mikroskopu nebo vypnutí software mikroskopu a jeho opětovného zapnutí v jiném pozorovacím režimu.

Mgr. Petr Jelínek
Útvar řízení projektu CEITEC
Masarykova univerzita