



V Brně dne 7.9.2018
Č.j. MU-ZAK/110330/2018/752075/LF-3

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Hypoxický termostat (multigas inkubátor CO₂/N₂)“

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), změnit a doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 6.9.2018 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

1) Dotaz č. 1:

je pro vás přípustné nabídnuti hypoxického termostatu, který bude mít CO₂ koncentraci minimálně v rozsahu 0-20%, s odchylkou od nastavené hodnoty do max. +/- 0,15% a O₂ koncentraci 1- více %, s odchylkou od nastavené hodnoty do max. +/- 0,2 %?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po zvážení výše uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení **technických podmínek této veřejné zakázky vyhovět žádosti dodavatele.**

Zadavatel v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“, **nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro požadovaný Hypoxický termostat (multigas inkubátor CO₂/N₂)“ pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) následujícím způsobem:**

CO ₂ koncentrace	minimálně v rozsahu 0 - 20 %, s odchylkou od nastavené hodnoty do max. ± 0,15 %
O ₂ koncentrace	1 - více %, s odchylkou od nastavené hodnoty do max. ± 0,20 %

- 2) Zadavatel dává dále tímto všem dotčeným dodavatelům/ účastníkům na vědomí, že se v souladu se zadávacími podmínkami rozhodl vysvětlit, změnit, doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky následujícím způsobem:

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Česká republika
T: +420 549 49 2910, E: info@med.muni.cz, www.med.muni.cz
Bankovní spojení: KB Brno-město, ČÚ: 85636621/0100, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224



Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“ rozhodl v rámci vymezení **technických podmínek této veřejné zakázky upravit, doplnit, odstranit níže uvedené jednotlivé technické parametry:**

A. Požadavek na vnitřní prostor

vnitřní prostor ze slitiny mědi a nerezů	ANO
--	-----

Nově formulovaný požadavek zní:

vnitřní prostor z materiálu s obsahem mědi, za účelem jejího antibakteriálního působení	ANO
--	------------

B. Příslušenství

Zadavatel se rozhodl v rámci vymezení minimálních technických podmínek stanovit tento nový parametr/ požadavek:

Příslušenství	přepínač dvou láhví CO2 přepínač dvou láhví N2 2 ks redukčního ventilu CO2 2 ks redukčního ventilu N2
----------------------	--

C. Požadavek na Zdravotnický přístroj

Zadavatel se rozhodl v rámci vymezení minimálních technických podmínek **zcela vypustit/ odstranit** tento nový parametr/ požadavek, který byl nedopatřením v technických podmínkách uveden:

přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů dokument/ dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek dle zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů s uvedením klasifikační třídy	ANO účastník prostou kopii tohoto dokumentu doloží v rámci technické specifikace
--	---

- 3) **Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“ zohledňující výše uvedené upřesnění/ doplnění zadavatele.**

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 4) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 18. 9. 2018 do 11:00 hod. se prodlužuje do 20.9. 2018 do 13:00 hod.

- 5) **Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D..
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy - ze dne 7.9.2018