



DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne 10.9.2018

Č.j. MU-ZAK/108534/2018/750247/LF-4

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Horkovzdušný sterilizátor s pojízdným stolem“

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), změnit a doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 6.9. a 10.9. 2018 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

v zadávací dokumentaci uvádíte požadované vnější rozměry max. 640 x 800 x 500 mm. Nejsou tím myšleny rozměry vnitřní?

Pokud ano, budete akceptovat sterilizátor s vnějšími rozměry: 810 x 1200 x 770 mm a vnitřními rozměry: 600 x 800 x 510 mm?

Dotaz č. 2:

Akceptuje zadavatel vnější rozměry šxvxh: 824 x 1183 x 684 mm místo požadovaných 640x800x500mm

Zadavatel dává tímto všem dotčeným dodavatelům/ účastníkům na vědomí, že se analogicky dle ZZVZ a zadávacími podmínkami rozhodl odpovědět na žádost o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace této veřejné zakázky následujícím způsobem:

1) Dotaz č. 1 i dotaz č. 2:

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po zvážení výše uvedených žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace/ dotazů a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek došel ke zjištění, že v rámci stanovení technických podmínek se dopustil formální chyby, překlepu a zaměnil vnitřní a vnější rozměry. Vzhledem k této nastalé situaci se zadavatel rozhodl tuto skutečnost napravit.

Zadavatel v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“, **nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro požadovaný „Horkovzdušný sterilizátor s pojízdným stolem“ pro dotčené parametry – vnější rozměry (stanovené technické podmínky) následujícím způsobem:**

vnější rozměry	jednotlivé rozměry maximálně: šířka 1 000 mm hloubka 690 mm
----------------	---

- 2) Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“ zohledňující výše uvedené upřesnění/ doplnění zadavatele.

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 3) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 18. 9. 2018 do 10:30 hod. se prodlužuje do 21.9. 2018 do 12:00 hod.

- 4) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D..
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy - ze dne 10.9.2018