



DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne 11.9.2018

Č.j. MU-ZAK/111450/2018/753239/LF -1

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Laminární boxy pro Biologický ústav LF MU

část č. 2 VZ Laminární box (biohazard) se stojanem II – část č. 2 VZ

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), změnit a doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 11.9.2018 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

1) Dotaz č. 1:

Vzhledem k Vašemu technickému požadavku na umístění odsávacího systému na levé a pravé straně (1 ks na každé straně) biohazard boxu včetně připravených vývodů, je nemožné mít u tohoto zařízení celkové maximální vnější rozměry- celkovou vnější šířku maximálně 1900 mm při požadované vnitřní šířce minimálně 1800 mm.

Proto se ptáme, zda je pro Vás přípustné nabídnutí zařízení biohazardu, které včetně dalších bočních vývodů a manipulačního prostoru vyžaduje prostor 215 cm?

Prosíme tímto tedy o upravení parametru u maximálních vnějších rozměrů.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po zvážení výše uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení **technických podmínek této veřejné zakázky nevyhovět žádosti dodavatele.**

Zadavatel je limitován prostorem v místnosti, do které zamýšlí tento přístroj umístit, proto se rozhodl ponechat technické i zadávací beze změn.

2) Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D..
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek