



Veřejná zakázka malého rozsahu

„Laminární boxy pro Biologický ústav LF MU

část č. 2 VZ Laminární box (biohazard) se stojanem II – část č. 2 VZ

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), změnit a doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 11.9.2018 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

1) Dotaz č. 1:

„V technické specifikaci v části 2 VZ Laminární box (biohazard) se stojanem II je položky 1 – Laminární box (biohazard) uveden parametr: maximální vnější rozměry – celková vnější šířka maximálně 1900 mm. Naše řešení má vnější šířku 1950mm.

Byla by tato vnější šířka boxu přípustná?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po zvážení výše uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení **technických podmínek této veřejné zakázky vyhovět žádosti dodavatele.**

Zadavatel v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“, **nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro Laminární box (biohazard) se stojanem II dotčený parametr následujícím způsobem:**

Maximální vnější rozměry	Celková vnější šířka maximálně 1960 mm
---------------------------------	---

2) Dotaz č. 2:

„V technické specifikaci v části 2 VZ Laminární box (biohazard) se stojanem II je položky 1 – Laminární box (biohazard) uveden parametr: odsávací systém – kompletní odsávací systém (min. objem 4L) včetně připravených vývodů na pravé a levé straně laminárního boxu, 1ks na každé straně. Naše řešení disponuje automatickou odsávačkou s kapacitou zásobní láhve 4L, která nevyžaduje externí vývody, pouze elektrickou zásuvku.

Bylo by přípustné technické řešení s výše popsanou automatickou odsávačkou s příslušným navýšením počtu zásuvek v boxu (4x) místo externích vývodů (samozřejmě včetně přívodu vody a plynu).

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po zvážení výše uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení **technických podmínek této veřejné zakázky odpovědět dodavateli následujícím způsobem:**

Zadavatel dbá na co nejvyšší sterilitu prostředí, proto zadavatel připouští možnost použít účastníkem nabízeného řešení, ale pouze za podmínky, že nebude automatická odsávačka s kapacitou zásobní láhve min. 4 litry ani zásobní láhev umístěna uvnitř boxu.

Odsávací systém	Kompletní odsavací systém (min. objem 4L) včetně připravených vývodů na prave a levo straně laminárního boxu, 1ks na každé straně nebo prostřednictvím automatické odsávačky s kapacitou zásobní láhve min. 4 litry umístěné včetně zásobní lahve mimo vnitřní prostor laminárního boxu
------------------------	--

3) Dotaz č. 3:

„V technické specifikaci v části 2 VZ Laminární box (biohazard) se stojanem II je položky 1 – Laminární box (biohazard) uveden parametr: prosklené boční stěny lamináru. Naše řešení má má nerezové vnitřní stěny boxu.

Bylo by řešení se nerezovými bočními stěnami přípustné?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po zvážení výše uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení **technických podmínek této veřejné zakázky v této věci nevyhovět žádosti dodavatele.**

V návaznosti na předchozí uvedené změny technických podmínek se Zadavatel v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“, rozhodl rovněž **nově stanovit (vymezit) technické podmínky pro Laminární box (biohazard) se stojanem II pro parametr boční stěny boxu následujícím způsobem:**

boční stěny boxu	Prosklené, V případě použití automatické odsávačky bude sklo již s připravenými vývody (otvory) na hadice odsávacího systému
-------------------------	---

4) Dotaz č. 4:

„V technické specifikaci v části 2 VZ Laminární box (biohazard) se stojanem II je položky 2 – Stojan pod laminární box uveden parametr: stojan pro laminární box (standard bez koleček). Naše řešení stojanu má brzditelná kolečka, sloužící k posunu, a výsuvnou patkou nohy, která následně box stabilizuje.

Bylo by toto řešení stojanu přípustné?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po zvážení výše uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení **technických podmínek této veřejné zakázky vyhovět žádosti dodavatele.**

Zadavatel v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“, **nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro Laminární box (biohazard) se stojanem II dotčený parametr následujícím způsobem:**

Stojan pro laminární box	standardní bez koleček nebo na kolečkách s možností dostatečně zabrzdit kolečka a stabilizovat laminární box proti pohybu
--------------------------	---

- 5) Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“ zohledňující výše uvedené upřesnění/ doplnění zadavatele.

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 6) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 21.9. 2018 do 11:00 hod. se prodlužuje do 24.9. 2018 do 12:00 hod.

- 7) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D..
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy - ze dne 12.9.2018