



V Brně dne 18.9.2018

Č.j. MU-ZAK/111450/2018/753239/LF -3

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Laminární boxy pro Biologický ústav LF MU

část č. 2 VZ Laminární box (biohazard) se stojanem II – část č. 2 VZ

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 3

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), změnit a doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 17.9.2018 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

1) Dotaz č. 1:

u laminárních boxů požadujete vnitřní výšku pracovního prostoru minimálně 700 mm. Můžeme nabídnout laminární boxy s pracovní výškou 660 mm, pokud veškeré ostatní technické parametry splňují?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po zvážení výše uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení **technických podmínek této veřejné zakázky nevyhovět žádosti dodavatele. Zadavatel požaduje vnitřní výšku pracovního prostoru minimálně 700 mm.**

2) Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D..
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek